

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Света
Екатерина" ЕАД



УТВЪРДИЛ:
ПРОФ. Д-Р Г. ИАЧЕВ Д.М.Н.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПРОТОКОЛ
по чл. 72, ал. 1 от ЗОП

От работата на комисията, назначена със Заповед РД-25-187/03.11.2014 год. на Изпълнителния директор на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД – София, за провеждане на открита процедура с предмет: *„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на сектор „Стерилизационна и пералня” и „КАИЛ” при УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/*, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ – доц. д-р Георги Царянки – началник „КАИЛ“

ЧЛЕНОВЕ:

1. Илияна Колева – гл. мед. сестра;
2. Юлия Добрева – н-к отдел „ППД“;
3. Весела Симидчиева – експерт „ППД“;
4. инж. Георги Славков – зав. сектор „Техническа служба, инж. поддръжка мед. оборудване“;
5. Красимира Крумова - счетоводител „Финансово счетоводен“;
6. Елка Йорданова – координатор сектор “Служба по почистване“

I. Комисията състави протокол по чл. 68, ал. 7 от ЗОП с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик №1 – “Документи за подбор”, съгласно решение РД-25-177/06.10.2014 г. за откриване на процедурата и документацията на обществената поръчка и на 17.11.2014 г. уведоми участниците в процедурата за редовността на представените от тях документи, като им изпрати копие от протокола по факс или e-mail.

В протокола по чл. 68, ал.7 от ЗОП е записано, че комисията е констатирала:

II.1. В офертите на следните участници, а именно: „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, „СОЛОМЕД” ООД, „МЕДИТЕХ» ООД и „ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА” ООД - за обособена позиция № 2, са представени всички изискуеми документи, отнасящи се до критериите за подбор и те са редовни.

II.2. В офертите на следните участници са констатирани липсващи документи или нередовности в представените документи в плик №1, отнасящи се до критериите за подбор, като комисията определи срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на протокола за представяне на посочените документи, а именно:

III.1. В офертата на участника „ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА” ООД, за обособена позиция №1:

III.1.1. Комисията констатира нередовност, видна от представен от участника документ, в Плик №1, отнасящ се до критериите за подбор, а именно:

III.1.1.1. Видно от представения от участника документ по т.10.5.2.1. от решението за откриване на процедурата, е че за 2013 г., участникът е реализирал оборот от дейност, еднаква или сходна с обекта на поръчката за обособена позиция №1, в размер на 73 036 лв., което не отговаря на минималното изискване по т. 10.5.1.1. от решението за откриване на процедурата - *„Участникът трябва да е реализирал оборот от продажбата на медицински изделия (медицинско оборудване) за 2013 г, в размер на 50 на сто от размера на посочените от Възложителя в т.7 от решението за откриване на процедурата, максимални прогнозни стойности по съответните обособени позиции за които участва», а именно - 98 000 лв.*

III.2. С оглед на изложеното в т. III.1.1. от протокола и на основание чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл.56, ал.1, т. 4 от ЗОП, във връзка с т.т. 10.5.1.1. от Решението за откриване на процедурата и т.III.2.2) и VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участникът **„ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА” ООД**, гр. Варна-9002, ул. «Кирил Шиваров» №9Б, с оферта с вх. 2/30.10.2014 г., за обособена позиция №1:

Мотиви:

Участникът не отговаря на минималното изискване по т .10.5.1.1. от решението за откриване на процедурата. За 2013 г., участникът е реализирал оборот от дейност, еднаква или сходна с обекта на поръчката за обособена позиция №1, в размер на 73 036 лв., което не отговаря на минималното изискване по т. 10.5.1.1. от решението за откриване на процедурата- *„Участникът трябва да е реализирал оборот от продажбата на медицински изделия (медицинско оборудване) за 2013 г, в размер на 50 на сто от размера на посочените от Възложителя в т.7 от решението за откриване на процедурата, максимални прогнозни стойности по съответните обособени позиции за които участва», а именно - 98 000 лв.*

IV.1. В офертата на участника **«МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ» ООД**.

IV.1.1. За доказване на минималното изискване по т. 10.6.1.5. от решението за откриване на процедурата, участникът не е представил изисквания документ по т. 10.6.2.8. - Декларация за съответствие на оферираното медицинско изделие (медицинско оборудване) по обособена позиция №1, модел LST-V 6-6-9 VS1, по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител - копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език;

IV.2. Въз основа на изложеното в т. IV.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително следния документ:

IV.2.1. Документ по т. 10.6.2.8. от решението за откриване на процедурата - Декларация за съответствие на оферираното медицинско изделие (медицинско оборудване) по обособена позиция №1, модел LST-V 6-6-9 VS1, по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител - копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език;

IV.3. В определения от комисията срок – на 20.11.2014 г., **«МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ» ООД** представи следния документ с писмо с вх.№ 01-00-1077-4/20.11.2014 г.:

IV.3.1. Документ по т. 10.6.2.8. от решението за откриване на процедурата - Декларация за съответствие на оферираното медицинско изделие (медицинско оборудване) по обособена позиция №1, модел LST-V 6-6-9 VS1, по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят – Belimed Sauter, Швейцария - копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език;

Комисията приема представения от участника документ.

V. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" на всички участници, чиито документи в плик №1 отговарят на изискванията за подбор.

Комисията установи, че:

VI.1. В плик №2 на участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД:

VI.1.1. за обособена позиция №1 - несъответствие на техническото предложение на участника с техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие по следните изисквания от техническата спецификация:

- „Максимални външни размери 1954 x 996 x 1314 (височина x широчина x дълбочина)“. Предложената от участника система за обезвреждане е с размери - 1424x1850x1278. Това обстоятелство е видно от предложението за изпълнение на поръчката на участника и представените от него: ръководство за експлоатация и поддръжка на оферираното медицинско оборудване и актуален оригинален каталог;

- „Правоъгълна камера с максимални размери 670x670x1000мм.“ Предложената от участника система за обезвреждане е с камера с размери - 660x660x1000мм. Това обстоятелство е видно от предложението за изпълнение на поръчката на участника и представените от него: ръководство за експлоатация и поддръжка на оферираното медицинско оборудване и актуален оригинален каталог;

- „Обем на камерата – 440-450 литра“. Предложената от участника система за обезвреждане е с обем на камерата – 434 литра. Това обстоятелство е видно от предложението за изпълнение на поръчката на участника и представените от него: ръководство за експлоатация и поддръжка на оферираното медицинско оборудване и актуален оригинален каталог;

- „Инсталацията да има ежекторна вакуумна система, осигуряваща икономия на вода и електричество, както и ниско ниво на шум“. Предложената от участника инсталация е с вакуум помпа. Това обстоятелство е видно от представените от участника: ръководство за експлоатация и поддръжка на оферираното медицинско оборудване и актуален оригинален каталог;

- „Инсталацията да разполага с преден светлинен панел, на който чрез светлинни индикатори се отразяват основните процеси и аларми“. В предложението на участника липсва такъв панел. Това обстоятелство е видно от представените от участника: ръководство за експлоатация и поддръжка на оферираното медицинско оборудване и актуален оригинален каталог.

VI.1.2. С оглед изложеното в т. VI.1.1. и на основание изложеното в чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с т. 9.1. от решението за откриване на процедурата и т. VI.3. от обявлението за поръчката, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, гр. Варна, ул. «Иван Богоров» №12, с оферта с вх. 1/30.10.2014 г., за обособена позиция №1.

Мотиви:

За обособена позиция №1, участникът е оферирал медицинско изделие /медицинско оборудване/, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.

VI.1.3. за обособена позиция №3 - несъответствие на техническото предложение на участника с техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие по следните изисквания от техническата спецификация:

- „Флексия: нагоре/надолу: мин. 140°/140°. Предложението на участника е за флексия: нагоре/надолу: мин. 180°/130°. Това обстоятелство е видно от предложението за изпълнение на поръчката на участника и представения от участника актуален оригинален каталог;

- „Работен канал: мин. диаметър Ø 1.5 мм“. Предложението е за работен канал: Ø 1.2 мм. Това обстоятелство е видно от предложението за изпълнение на поръчката на участника и представения от участника актуален оригинален каталог;

VI.1.4. С оглед изложеното в т. VI.1.3. и на основание изложеното в чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с т. 9.1. от решението за откриване на процедурата и т. VI.3. от обявлението за поръчката, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, гр. Варна, ул. «Иван Богоров» №12, с оферта с вх. 1/30.10.2014 г., за обособена позиция №3.

Мотиви:

За обособена позиция №3, участникът е оферирал медицинско изделие /медицинско оборудване/, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.

VI.2. В плик №2 на участника „ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА” ООД:

VI.2.1. за обособена позиция №2 - несъответствие на техническото предложение на участника с техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие по следното изискване от техническата спецификация: „Избираема скорост на инфузия от 0,01 мл/ч до 200 мл/ч с минимална стъпка 0,1 мл/ч. Промяна на скоростта по време на работа без прекъсване на инфузията“. Предложението е за избираема скорост на инфузия от 0,1мл/ч до 1500 мл/ч. Това обстоятелство е видно от предложението за изпълнение на поръчката на участника и представените от него: инструкция за употреба на оферираното медицинско оборудване и актуален оригинален каталог;

VI.2.2. С оглед изложеното в т. VI.2.1. и на основание изложеното в чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с т. 9.1. от решението за откриване на процедурата и т. VI.3. от обявлението за поръчката, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА” ООД, гр. Варна-9002, ул. «Кирил Шиваров» №9Б, с оферта с вх. 2/30.10.2014 г. за обособена позиция №2.

Мотиви:

За обособена позиция №2, участникът е оферирал медицинско изделие /медицинско оборудване/, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.

VI.3. В плик №2 на участника „СОЛОМЕД” ООД:

Документите в плик №2 на участника „СОЛОМЕД” ООД, гр. София 1680, ул. «Казбек» №49, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за обособената позиция за която участва: №2.

Оферираното от участника медицинско оборудване, по обособена позиция №2, производство на Б. Браун Мелзунген“ АД, Германия, с търговско наименование – PERFUSOR COMPACT S, кат. №8714843 и модел - PERFUSOR COMPACT S, отговаря напълно на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация на Възложителя.

Участникът приема срокът за изпълнение да е до 50 работни дни, считано от датата на сключване на договора, включващ:

1. срок за изпълнение на доставка на медицинското изделие (медицинско оборудване): до 40 работни дни от датата на подписване на договора;
2. срок за монтиране и пускане в експлоатация на медицинското изделие (медицинско оборудване): до 5 работни дни, след доставката му;
3. срок за обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с медицинското изделие /медицинското оборудване/: до 5 работни дни, след деня на пускането му в експлоатация.

„СОЛОМЕД” ООД предлага следния гаранционен срок на медицинското оборудване – 24 месеца, считано от датата на подписване на протокола за монтажа и пускането му в експлоатация.

Участникът се задължава да осигури:

1. гаранционна поддръжка на медицинското изделие /медицинското оборудване/, като по време на гаранционния му срок осигури лица за техническото му обслужване, упълномощени от производителя или неговия упълномощен представител;

2. обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с медицинското изделие /медицинското оборудване/.

Оферираните от участника спринцовкови инфузионни помпи не подлежат на профилактика през гаранционния им срок.

„СОЛОМЕД” ООД приема времето за реакция и изпращане на лицето, определено от производителя на оборудването или от неговия упълномощен представител, при възникнала повреда по време на гаранционния срок на медицинското оборудване, да бъде до 2 часа в периода от 08,00 ч.-17,00 часа и до 8 часа в периода от 17,00 ч.-08,00 часа, почивните и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложителя

Участникът приема срокът за отстраняване на повредата по време на гаранционния срок на медицинското оборудване, да бъде до 24 часа, след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок, той да се определи с двустранен протокол, в който се посочват причините за това.

VI.4. В плик №2 на участника „МЕДИТЕХ» ООД:

Документите в плик №2 на участника „МЕДИТЕХ» ООД, гр. София 1606 ,кв. Павлово, ул. „Голям Братан” №8, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за обособената позиция за която участва: №1.

Оферираното от участника медицинско оборудване, по обособена позиция №1, производство на Antonio Matachana S.A., Испания, с търговско наименование – Matachana Steam Sterilizer S1000 (RBE), кат. №78329.9 и модел - S1006 ER-1 (RBE), отговаря напълно на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация на Възложителя.

Участникът приема срокът за изпълнение да е до 60 работни дни, считано от датата на сключване на договора, включващ:

1. срок за изпълнение на доставка на медицинското изделие (медицинско оборудване): до 53 работни дни от датата на подписване на договора;

2. срок за монтиране и пускане в експлоатация на медицинското изделие (медицинско оборудване): до 5 работни дни, след доставката му;

3. срок за обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с медицинското изделие /медицинското оборудване/: до 2 работни дни, след деня на пускането му в експлоатация.

„МЕДИТЕХ» ООД предлага следния гаранционен срок на медицинското оборудване – 12 месеца, считано от датата на подписване на протокола за монтажа и пускането му в експлоатация.

Участникът се задължава да осигури:

1. гаранционна поддръжка на медицинското изделие /медицинското оборудване/, като по време на гаранционния му срок осигури лица за техническото му обслужване, упълномощени от производителя или неговия упълномощен представител;

2. обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с медицинското изделие /медицинското оборудване/.

Оферираната от участника система подлежи на профилактика, съгласно действащите в страната нормативни изисквания и ще бъде извършвана два пъти годишно.

„МЕДИТЕХ» ООД приема времето за реакция и изпращане на лицето, определено от производителя на оборудването или от неговия упълномощен представител, при възникнала повреда по време на гаранционния срок на медицинското оборудване, да бъде до 2 часа в периода от 08,00 ч.-17,00 часа и до 8 часа в периода от 17,00 ч.-08,00 часа, почивните и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложителя

Участникът приема срокът за отстраняване на повредата по време на гаранционния срок на медицинското оборудване, да бъде до 24 часа, след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок, той да се определи с двустранен протокол, в който се посочват причините за това.

VI.5. В плик №2 на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ » ООД, за:

VI.5.1. обособената позиция, за която участва - №1 - несъответствие на техническото предложение на участника с техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие по следните изисквания от техническата спецификация:

- „Максимални външни размери 1954 x 996 x 1314 (височина x широчина x дълбочина)“. Предложената от участника система за обезвреждане е с размери - 1970x980x1260. Това обстоятелство е видно от представения от участника актуален оригинален каталог-описание на системата;

- „Правоъгълна камера с максимални размери 670x670x1000мм.“ Предложената от участника система за обезвреждане е с камера с размери - 660x660x1000мм. Това обстоятелство е видно от представените от него: ръководство за потребителя на оферираното медицинско оборудване и актуален оригинален каталог-описание на системата;

- „Инсталацията да има ежекторна вакуумна система, осигуряваща икономия на вода и електричество, както и ниско ниво на шум“. Предложената от участника инсталация е с вакуум помпа. Това обстоятелство е видно от представените от участника: ръководство за потребителя на оферираното медицинско оборудване и актуален оригинален каталог-описание на системата;

- „Инсталацията да разполага с преден светлинен панел, на който чрез светлинни индикатори се отразяват основните процеси и аларми“. В предложението на участника липсва такъв панел. Това обстоятелство е видно от представените от участника: ръководство за потребителя на оферираното медицинско оборудване и актуален оригинален каталог-описание на системата.

VI.5.2. С оглед изложеното в т. VI.5.1. и на основание изложеното в чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с т. 9.1. от решението за откриване на процедурата и т. VI.3. от обявлението за поръчката, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника **МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ » ООД**, гр. София 1750, ж.к. «Младост», бл.28Б, /ул. «Димитър Моллов»/, с оферта с вх. №5/31.10.2014 г., за обособена позиция №1.

Мотиви:

За обособена позиция №1, участникът е оферирал медицинско изделие /медицинско оборудване/, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.

VII. На 21.11.2014 г. на интернет адреса на болницата бе оповестено, че на 26.11.2014 г. от 10,00 в зала №1, на партерен етаж на УМБАЛ «Света Екатерина» ЕАД, ще бъде отворен «Плика с предлаганата цена» на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя. С писмо с изх. №01-00-1077-5/21.11.2014 г., комисията уведоми участниците в процедурата за датата и часа на отваряне на плик №3 «Предлагана цена».

VIII. На 26.11.2014 г. в 10,00 ч. при отварянето на плик №3 на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, присъстваха упълномощени представители на следните участници:

1. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, гр. Варна, ул. «Иван Богоров» №12 - Пламен Пенчев;

2. „МЕДИТЕХ» ООД, гр. София 1606, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” №8 - Радослав Кърджев.

3. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ » ООД, гр. София 1750, ж.к. «Младост», бл.28Б, /ул. «Димитър Моллов»/ – Преслав Костов.

IX. Член на комисията оповести предложените от участниците цени за допуснатите обособени позиции, както следва:

1. За участника „СОЛОМЕД” ООД, гр. София 1680, ул. «Казбек» №49, за обособената позиция за която участва - №2.

2. За участника „МЕДИТЕХ» ООД, гр. София 1606, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” №8, за обособената позиция за която участва - №1.

X. При разглеждане на предлаганите цени на допуснатите участници по допуснатите обособени позиции, Комисията установи, че в ценовото предложение на „СОЛОМЕД” ООД, гр. София 1680, ул. «Казбек» №49 – за обособената позиция за която участва - №2 – общата цена на медицинското изделие /медицинското оборудване/ по обособената позиция в лв. без ДДС в колона №11 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, не е изчислена правилно, съгласно вписаните от участника: цени в колона №9 за 1 бр. спринцовкова инфузионна помпа, общата цена в лв. без ДДС в колона №10 и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура.

XI. С оглед на изложеното в т. X и на основание чл.68, ал.11 от ЗОП, Комисията реши да поиска разяснение от „СОЛОМЕД” ООД, с писмо с изх. №01-00-1077-6/27.11.2014 г. – за обособена позиция №2 – уточняване на общата цена на медицинското изделие /медицинското оборудване/ по обособената позиция в лв. без ДДС в колона №11 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, съгласно указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура и приемайки, че цените вписани от участника в:

- колона №9 е цена за 1 бр. спринцовкова инфузионна помпа;
- колона №10 е обща цена в лв. без ДДС.

В горното писмо бе определен срок от три работни дни от получаване на искането, за получаване на уточнението.

XII. Разяснението по т. XI. беше представено в срок от „СОЛОМЕД” ООД - писмо с вх. №01-00-1077-7/28.11.2014 г., в което фирмата прави следното уточнение за обособена позиция №2 - че е допусната техническа грешка и че преизчислената цена в колона №11 следва да е 12 955,00 лв. без ДДС.

Въз основа на полученото от участника уточнение и с оглед на факта, че направеното уточнение не променя предложената цена в колона №9, тъй като от тази предложена цена се изчисляват цените попълнени в колони №№10 и 11, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне офертата на участника „СОЛОМЕД” ООД по обособена позиция №2 до разглеждане и оценяване по критерия «най-ниска обща цена на медицинското изделие /медицинско оборудване/ по обособена позиция в лева, без ДДС».

XIII. В изпълнение на изискванията на чл.71 от ЗОП и предварително обявените условия на откритата процедура, Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценяване на офертите на допуснатите участници по допуснатите обособени позиции.

XIV. Офертите на допуснатите участници бяха класирани според критерия за оценка на офертите – «най-ниска обща цена на медицинското изделие /медицинско оборудване/ по обособена позиция в лева, без ДДС».

Оценките на офертите и класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване са посочени в *Приложение №2 – Оценка и класиране на участниците с допуснати оферти за обособени позиции* към протокола.

XV. Комисията предлага на Възложителя да издаде решение за обявяване на класирането на участниците, съгласно *Приложение №2 – Оценка и класиране на участниците с допуснати оферти за обособени позиции* към този протокол, като определи за изпълнител на поръчката класирания на първо място участник за съответната обособена позиция.

XVI. Комисията установи, че за обособена позиция №3 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Интубационен фибробронхоскоп с окуляр – 1 брой, със съответните консумативи за нуждите на „КАИЛ“ при УСБАЛССЗ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с интубационния фибробронхоскоп с окуляр, всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя, в резултат на което Комисията предлага на Възложителя да вземе решение за прекратяване на процедурата по тази обособена позиция, на основание чл.39, ал.1, т.2 от ЗОП.

На 08.12.2014 г., Комисията приключи своята работа и на основание чл. 72, ал. 2 от ЗОП възложи на председателя да предаде на Възложителя за утвърждаване протокола заедно с цялата документация по откритата процедура.

Приложения:

Приложение № 1 – Протокол на комисията по чл. 68, ал. 7 от ЗОП с констатации, относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1 – “Документи за подбор”;

Приложение № 2 – Оценка и класиране на участниците с допуснати оферти за обособени позиции.

08.12.2014 г.

гр. София

Този протокол се състави и подписа от членовете на Комисията, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ – доц. д-р Георги Царянки – началник „КАИЛ“

ЧЛЕНОВЕ:

Илияна Колева – гл. мед. сестра

Юлия Добрева – н-к отдел „ППД“

Весела Симидчиева – експерт „ППД“

инж. Георги Славков – зав. сектор „Техническа служба, инж. поддръжка мед. оборудване“

Красимира Крумова - счетоводител „Финансово счетоводен“

Елка Йорданова – координатор сектор “Служба по почистване“

Оценка и класиране на участниците с допуснати оферти за обособени позиции

№ на обособената позиция	Наименование на медицинско изделие /медицинско оборудване/, компонентите, комплект-товката и консумативите, необходими за пускане в експлоатация на МО, съгласно техническата спецификация и обучение на персонала	Мярка	Производител	Търговско наименование	Каталожен номер, съгласно приложението към офертата каталог	Модел	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Обща цена на медицинското изделие /МО/ по обособена позиция в лв. без ДДС	Класиране
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци – 1 брой за нуждите на сектор „Стерилизационна и пералня“ при УСБАЛССЗ “Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа със Системата за обезвреждане на опасни болнични отпадъци.	брой	Antonio Matachana S.A.	Matachana Steam Sterilizer S1000 (RBE)	78329.9	S1006 ER-1 (RBE)	1	163 250,00	163 250,00	163 250,00	1 място

2	Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Спринцовкова инфузионна помпа -- 5 броя за нуждите на „КАИЛ – анестезия“ при УСБАЛССЗ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа със спринцовковата инфузионна помпа.	брой	„Б.Браун Мелзунген“ АД, Германия	Perfusor Compact S	8714843	Perfusor Compact S	5	2 591,00	12 955,00	12 955,00	1 място
2	"СОЛОМЕД" ООД										

Председател:

доц. д-р Георги Царянский

Членове:

Илияна Колева – гл. мед. сестра

Юлия Добрева

Весела Симидчиева

инж. Георги Славков

Красимира Крумова

Елка Йорданова