



УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

1431 София, България, бул. Пенчо Славейков" № 52А



Certificated QM System

ISO 9001:2008

Прием пациенти: (00359 2) 9159 413

9159 419, 9159 587, 9159 590

9159 584, 9159 585, 9159 565

За цялата страна: 0700 12131

Факс: (00359 2) 9159 445

Изпълнителен директор:

Проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.

Телефон: (00359 2) 9159 404

факс: (00359 2) 9549057

Изх. №

01-00-215-3

София, 09.03.15 г., 20..... з.

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ
УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА С
ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ,
ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И
ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
(МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ) ЗА
НУЖДИТЕ НА „КАИЛ“ И КЛИНИКА
ПО КАРДИОЛОГИЯ“ ПРИ УМБАЛ
“СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, КАКТО
И ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ
СПЕЦИАЛИСТИ И ДРУГИ
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА РАБОТА
С ИЗДЕЛИЯТА/МЕДИЦИНСКОТО
ОБОРУДВАНЕ“**

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 01-00-215-1/05.03.2015 г. в УМБАЛ “Св. Екатерина” ЕАД от заинтересуван участник, закупило документация за участие в открита процедура с предмет: *„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ“ и „Клиника по кардиология“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване“* в 4-дневния срок по чл. 29, ал. 1 и на основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП, предоставяме следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос 1: „В документацията за участие има заложено изискване лицето в Р. България, определено от производителя на съответното медицинско оборудване или неговият упълномощен представител, което ще извърши монтажа на оборудването и ще осигурява поддръжката му, да има изпълнени поне 2 (два) договора по Закона за обществените поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), за извършване на услугите по поддръжка на оферираното медицинско оборудване ...

Моля да разясните дали това изискване се отнася за изпълнени договори за поддръжка на оборудване сходно, а не еднакво (т.е. оборудване предназначено за същата употреба) с оферираното в обществената поръчка?“

Отговор на въпрос № 1: За доказване на техническите възможности и квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП, в обявлението на поръчката (раздел III.2.3) т. 5.) възложителят е посочил следното изискване: *“Участникът следва да представи доказателства, че лицето в Република България, определено от производителя на съответното медицинско оборудване или неговият упълномощен представител, което ще извърши монтажа на оборудването и ще осигурява поддръжката му, има изпълнени поне 2 /два/ договора по Закона за обществени поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), за извършване на услугите по поддръжка на оферираното медицинско оборудване, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата...”*

Това, което възложителят има предвид под: *“... извършване на услугите по поддръжка на оферираното медицинско оборудване...”* е оборудване идентично с оферираното като вид, но не и като модел за конкретния производител, предвид усъвършенстване на моделите оборудване от един и същ вид.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :
доц. д-р Д. Петков, упълномощен съгласно
Заповед № РД-18-33/20.02.2015г.

