



УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

1431 София, България, бул. Пенчо Славейков" № 52А



Certificated QM System

ISO 9001:2008

Прием пациенти: (00359 2) 9159 413

9159 419, 9159 587, 9159 590

9159 584, 9159 585, 9159 565

За цялата страна: 0700 12131

Факс: (00359 2) 9159 445

Изпълнителен директор:
Проф. д-р Генчо Начев, г.м.н.
Телефон: (00359 2) 9159 404
факс: (00359 2) 9549057

Изх. №

София, 20..... г.

РЕШЕНИЕ

№ РД - 25-237, 03.12.....2015 г.

за обявяване на класирането на участниците и участниците, определени за изпълнители по номенклатури от обособени позиции

Възложител: УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД

На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и Протокол по чл. 72, ал. 1 от ЗОП от 03.12.....2015 г. на назначената със заповед № РД-25-181/11.08.2015 год. на Изпълнителния директор на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД комисия за възлагане на обществена поръчка с предмет: *"Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД"*, открита с решение № РД-25-173/15.07.2015 г. на изпълнителния директор на болницата, обявление S 137-252080 от 18.07.2015 г., обнародвано в електронната страница на Официалния вестник на ЕС и публикувано обявление в регистъра на обществени поръчки с уникален номер: 00010-2015-0011,

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците по номенклатури от обособени позиции, съгласно обявения критерий, посочено в Приложение № 1 - Класиране на участниците към настоящото решение.

II. Участниците, класирани на първо място за съответните номенклатури от обособени позиции, съгласно Приложение № 1 - Класиране на участниците към настоящото решение, се определят за изпълнители на обществената поръчка по съответните номенклатури от обособени позиции.

III. На основание чл. 73, ал. 2 от ЗОП посочвам отстранените от участие в процедурата участници и оферти, а именно:

III.1. Участникът «ЮНИМЕДИКА» ЕООД, гр. София, бул. «Шипченски проход», бл. 247, ап. 33, с оферта с вх. № 1/05.08.2015 г., *отстранявам за следните*

номенклатури от обособена позиция №I – ном. №№250, 339, 340, 342, 343, 345, 419, 431, 432 и 441.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №250:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните уринаторни торби не могат да се съчленят добре с катетъра и текат. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №339:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски са с ниски експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №340:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №342:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №343:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №345:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №419:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи са с ниски експлоатационни качества и не отговарят на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №431:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чували за инструментална маса са с ниски експлоатационни качества и не отговарят на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №432:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника торбички за инструменти са с ниски експлоатационни качества и не отговарят на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №441:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника джобове за инструменти са с ниски експлоатационни качества и не отговарят на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

III.2. Участникът ЕТ «МЕДИМЕКС ПЕТРОВА», гр. София, ул. Коста Лулчев № 16, бл. 244, ап. 47, с оферта с вх. № 3/05.08.2015 г., отстранявам за *следните номенклатури от обособена позиция №I – ном. №№261, 268, 269, 270, 275, 277, 278, 279, 284, 285, 287 и 288.*

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №261:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са късливи, развързват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №268:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са късливи, развързват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №285:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №287:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №288:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

III.3. Участникът „ИНФОМЕД” ЕООД, гр. София, бул. «Витоша» №81-83, с оферта с вх. № 4/06.08.2015 г., отстранявам за *следните номенклатури от обособена позиция №I, ном. №№343, 408, 410, 411 и 431:*

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №343:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №408:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника сет е с ниски експлоатационни качества; не отговаря на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №410:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника сет е с ниски експлоатационни качества; не отговаря на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №411:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника универсален комплект е с ниски експлоатационни качества; не отговаря на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №431:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чували за инструментална маса са с ниски експлоатационни качества и не отговарят на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

III.4. Участникът «ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ» ЕООД, гр. София – 1309, хул. «Цар Симеон» № 20, с оферта с вх. № 6/07.08.2015 г., отстранявам за следните номенклатури от съответните обособени позиции: *обособена позиция №I, ном. №№250, 342, 343, 387, 388, 389 и 462, и обособена позиция № II, ном.№№19, 37, 84, 86, 89, 92 и 107.*

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №250:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните уринаторни торби не могат да се съчленят добре с катетъра и текат. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №342:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №343:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №387:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. След отлепяне на оферираните от участника адхезивни ленти, лепилото остава върху пациента и мацерира кожата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №388:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника ленти нямат достатъчна фиксация, разлепят се при намокряне и изпотяване на пациента. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №389:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника пластир е хартиен. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №462:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. При разопаковане на оферираните от участника спринцовки се нарушава тяхната стерилност. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №19:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните интубационни тръби са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №37:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните удължители са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №84:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните удължители не се отварят стерилно и текат при продължителна употреба. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №86:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните удължители не издържат на налягането от 4 bar и при продължителна употреба текат. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №89:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираното от участника изделие, не е съвместимо с използваните трипътни кранчета. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №92:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираното трипътно кранче не е устойчиво на липидни емулсии и агресивни медикаменти; пука се при продължителна употреба и няма подвижно фиксиране. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №107:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираното от участника изделие не позволява да се отваря стерилно. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

III.5. Участникът «БУЛМАР МЛ»ООД, гр. София-1618, ул. Пирин № 32, с оферта с вх. № 7/10.08.2015 г., отстранявам за следните номенклатури от обособена позиция № I - ном.№№399, 400, 409, 410, 411 и 433.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №399:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника марлени компреси са с ниски експлоатационни качества и не отговарят на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №400:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника нестерилни компреси са с ниски експлоатационни качества и не отговарят на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №409:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираният универсален комплект е с ниски експлоатационни качества и не отговаря на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №410:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираният универсален еднократен сет е с ниски експлоатационни качества и не отговаря на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №411:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираният еднократен универсален комплект е с ниски експлоатационни качества и не отговаря на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №433:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираният еднократен чувал за маса е с ниски експлоатационни качества и не отговаря на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

III.6. Участникът «ЕЛПАК ЛИЗИНГ»ЕООД, гр. Варна, ул. Иван Богоров № 12, с оферта с вх.№ 8/10.08.2015 г., отстранявам за следните номенклатури от съответните обособени позиции: *обособена позиция № I, ном.№№261, 262, 263 и 269, и обособена позиция №II, ном.№№60 и 61.*

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №261:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са късливи, развързват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №262:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са късливи, развързват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №263:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са късливи, развързват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №269:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са късливи, развързват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №№60 и 61:

1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №II, ном. №№60 и 61, участникът не е представил изисквания от Комисията документ по т. 9.6.2.5 от решението за откриване на процедурата - Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство.

2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №II, ном. №№60 и 61, участникът не е представил изисквания от Комисията документ по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата - Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител - оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език.

III.7. Участникът «ЕКОС МЕДИКА» ООД, София – 1618, ул. «Голям Братан» №8, с оферта с вх. №12/10.08.2015г., отстранявам за *следните номенклатури от обособена позиция №I, ном. №№288 и 329:*

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №288:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №329:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираният ушивател за кожа е с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

III.8. Участникът „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, с оферта с вх. № 14/13.08.2015 г., отстранявам за следните номенклатури от съответните обособени позиции: *обособена позиция №I, ном. №№212, 250, 251, 305, 310, 325, 331, 332, 342, 343, 344, 345, 346, 353, 354, 358, 359, 360, 382, 389, 395, 405, 406, 407, 434, 436, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 457 и 462, и обособена позиция №II, ном. №№10, 19, 56, 62, 63, 72, 73, 74, 75, 84 и 108.*

Мотиви за отстраняването по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№251, 331, 332, 342, 343, 344, 345,

346, 353, 354, 358, 359, 360, 382, 389, 395, 405, 406, 407, 434, 436, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452 и 462, и обособена позиция №II, ном. №№ 10, 56, 62, 63, 72, 73, 74, 75 и 108.:

1. За офериранияте медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№342, 343, 344, 345, 346, 406, 434, 436, 445, 446, 447, 448, 449 и 450 - участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.5 от решението за откриване на процедурата - Оригинал / Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство.

2. За офериранияте медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 445, 446, 447, 448, 449 и 450 - участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата -Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител - оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език;

3. За офериранияте медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№342, 343, 344, 345, 346, 353, 354, 382, 389, 434, 436, 445, 446, 447, 448, 449 и 450 - участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата - ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език ;

4. За офериранияте медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№251, 445, 446, 447, 448, 449 и 450 - участникът не е представил изискания от Комисията документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата - Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка – на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ.

5. За офериранияте медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. № 331, 332, 342, 343, 345, 358, 359, 360, 382, 395, 405, 407, 434, 452, 462, и обособена позиция №II, ном. №№ 10, 56, 62, 63, 72, 73, 74, 75 и 108, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера- участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на офериранияте от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език;

6. За офериранияте медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№342 и 343- участникът не е представил следния изискан от Комисията документ - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че офериранияте медицински изделия, отговарят на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №212:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Не се запазва стерилност при отваряне на изделията. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от

участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №250:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните уринаторни торби не могат да се съчленят добре с катетъра и текат. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №305:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №310:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №325:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №457:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. При разопаковане на оферираните спринцовки се нарушава тяхната стерилност; не се плъзга плавно буталото. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №19:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните интубационни тръби са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №84:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните удължители не се отварят стерилно и текат при продължителна употреба. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

III.9. Участникът „ПРОХЕЛТ» ЕООД, гр. София ,бул. „Прага” №40, с оферта с вх. № 16/13.08.2015 г., отстранявам за *следните номенклатури от обособена позиция №I-ном. №№342, 343, 345, 375, 380, 382, 384, 418, 420, 431 и 441.*

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №342:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №343:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №345:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №375:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните превръзки не отговарят на зададените в техническата спецификация размери. Тези обстоятелства са видни от предоставените от участника: каталог и мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №380:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Не е достатъчно силна фиксацията на оферираните изделия; лесно се отлепват. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника моистри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №382:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните превръзки лесно се разлепват. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №384:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника изделия нямат ленти за допълнителна фиксация и не отговарят на зададените размери. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №418:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи са с ниски експлоатационни качества и не отговарят на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №420:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи са с ниски експлоатационни качества и не отговарят на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №431:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чували за инструментална маса са с ниски експлоатационни качества и не отговарят на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №441:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника джобове за инструменти са с ниски експлоатационни качества и не отговарят на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

III.10. Участникът „НОВИМЕД» ООД, гр. София-1404, жк. «Манастирски ливади» Б, бл. 65, сгр. Евроцентър, ет. 2, с оферта с вх. № 17/10.08.2015 г., отстранявам за следните номенклатури от обособена позиция №I- ном. №№38, 54, 128, 129, 133, 134, 142, 143, 147, 148, 150, 158, 159, 160, 164, 167, 169, 170, 172, 174, 176, 186 и 226.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №38:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираната от участника канюла: не притежава интегриран двоен лумен; е с дължина на кардиоплегичното рамо 15 см., при

зададена в техническата спецификация - до 9 см.; е с един ограничителен пръстен, при изисквани ограничителни пръстени /поне два/, именно поради втори лумен, което не отговаря на изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Тези обстоятелства са видни от предоставените от участника: инструкцията за употреба и каталог на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№54:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника множествен перфузионен сет е с дължина 38,1 см., при изисквана – до 38 см. и с три допълнителни рамена за съдова перфузия всяко завършващо с луер накрайник с дължина 25,4 см., при изисквана – до 25 см. Тези обстоятелства са видни от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№128:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираната от участника протеза не е импрегнирана с желатин и обработена с изоцианиди, а с колаген. Тези обстоятелства са видни от предоставените от участника: инструкцията за употреба, каталог и мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№129:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираната от участника протеза не е импрегнирана с желатин и обработена с изоцианиди, а с колаген. Тези обстоятелства са видни от предоставените от участника: инструкцията за употреба, каталог и мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№133:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника протези не са тънкостенни, което не отговаря на изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог, инструкцията за употреба и мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№134:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези са с дължина 60 см., при изисквана дължина, съгласно техническата спецификация на Възложителя – 40 см. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№142:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези са с диаметър - 26, 28, 30, 32, 34 и 38 мм., при изисквани в спецификацията - 26, 28, 30, 32, 34 и 36 мм., което не отговаря на зададената от Възложителя спецификация. Това обстоятелство е видно от представения от участника каталог на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№143:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези са с диаметър - 26, 28, 30, 32, 34 и 38 мм., при изисквани в спецификацията - 26, 28, 30, 32, 34 и 36 мм., което не отговаря на зададената от Възложителя спецификация. Това обстоятелство е видно от представения от участника каталог на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№147:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника протези не са тънкостенни, което не отговаря на изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог, инструкция за употреба и мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№148:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези са с дължина 60 см., при изисквана дължина, съгласно техническата спецификация на Възложителя – 40 см. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№150:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези са с дължина 45 см., при изисквана дължина, съгласно техническата спецификация на Възложителя – 50 см. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№158:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези не са петслойни. Това обстоятелство е видно от представените от участника: инструкция за употреба и каталог на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№159:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези не са петслойни. Това обстоятелство е видно от представените от участника: инструкция за употреба и каталог на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№160:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези не са петслойни. Това обстоятелство е видно от представените от участника: инструкция за употреба и каталог на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№164:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези са с диаметър – от 6 до 8 мм. и дължина 50 см., при изисквани в спецификацията диаметър – от 6 до 10 мм. и дължина 40 см., което не отговаря на зададената от Възложителя спецификация. Тези обстоятелства са видни от представения от участника каталог на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№167:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника протези нямат V поръзност на стената, което не отговаря на зададената от Възложителя спецификация. Това обстоятелство е видно от представения от участника каталог на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№169:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника протези нямат V поръзност на стената, което не отговаря на зададената от Възложителя спецификация. Това обстоятелство е видно от представения от участника каталог на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№170:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника протези нямат V поръзност на стената, което не отговаря на зададената от Възложителя спецификация. Това обстоятелство е видно от представения от участника каталог на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№172:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника протези са с дължина 50 см., при изисквана дължина, съгласно техническата спецификация на Възложителя – 40 см. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№174:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника протези са с

дължина 50 см., при изисквана дължина, съгласно техническата спецификация на Възложителя – 40 см. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№176:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника прави протези са с дължина 50 см., при изисквана дължина, съгласно техническата спецификация на Възложителя – 40 см. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№186:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника прави съдови протези са с дължина 50 см., при изисквана дължина, съгласно техническата спецификация на Възложителя – 40 см. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№226:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираните от участника турникети се отваря трудно, т.е. има реална опасност от лесно замърсяване; по-меки са и се огъват. Тези обстоятелства са видни от представената от участника мостра на изделието.

III.11. Участникът „АГАРТА-ЦМ“ЕООД, гр. София, Долни Богров, ул. „40-та“№ 1, с оферта с вх.№ 18/10.08.2015 г., отстранявам за *следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I - ном. №№250, 342, 343, 356, 358, 359, 360, 361, 387, 389, 399, 409, 457, 458, 461 и 462, и обособена позиция №II, ном.№№9, 19, 73, 84 и 98 .*

Мотиви за отстраняването по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№409 и 458, и обособена позиция №II, ном.№73:

1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №II, ном.№73, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производител, търговско наименование и каталожен номер- участникът не е представил изисквания от Комисията документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език;

2. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. №409- участникът не е представил следния изискан от Комисията документ - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираното медицинско изделие, отговаря на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно;

3. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном.№458, единица №458.2., със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производител, търговско наименование и каталожен номер - участникът не е представил изисканата от Комисията мостра, придружена с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№250:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните уринаторни торби не могат да се съчленят добре с катетъра и текат. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№342:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№343:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№356:

Участникът не е представил ценово предложение по обособена позиция №I, номенклатура № 356, за която номенклатура офертата и техническото предложение на участника са били разгледани от Комисията. При отваряне на Плик №3 с предлаганата цена на участника «АГАРГА-ЦМ“ЕООД с надпис: **“Предлагана цена по обособена позиция №I, Номенклатура № 356”**, Комисията установява, че този плик не съдържа ценовото предложение на участника по обособена позиция №I, номенклатура № 356, с Приложение №1 към него, а съдържа отново неговото ценово предложение по обособена позиция №I, ном. №349, с Приложение №1 към него.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№358:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника ръкавици са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№359:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника ръкавици са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№360:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника ръкавици са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№361:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника ръкавици са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№387:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. След отлепяне на оферираните от участника адхезивни ленти, лепилото остава върху пациента и мацерира кожата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№389:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника пластир е хартиен. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№399:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника марлени компреси са с ниски експлоатационни качества и не отговарят на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№457:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Не се плъзга плавно буталото на оферираните

от участника изделия, което не позволява коректно навлизане на лекарството. Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№461:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Не се плъзга плавно буталото на оферираното от участника изделие, което не позволява коректно навлизане на лекарството; не е съвместимо с перфузор Браун. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№462:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Не се плъзга плавно буталото на оферираното от участника изделие, което не позволява коректно навлизане на лекарството. Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№9:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните канюли са с вграден инкорпориран порт и нямат самоактивиращ се предпазен метален механизъм. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№19:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните интубационни тръби са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№84:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните удължители се пукат и текат при продължителна употреба. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№98:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираната от участника система не позволява да се отваря стерилно; системата не се самообезвъздушава; има латексов сегмент, който по новите нормативни документи се отрича. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

III.12. Участникът «МЕДИЛОН» ЕООД, гр. София – 1404, ж.к. «Гоце Делчев», бл. 52Е, вх.В, ап.43, с оферта с вх. № 19/10.08.2015 г., отстранявам за *следните номенклатури от обособена позиция №II, ном.№№66 и 67.*

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№66:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираното изделие е с ниски експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№67:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираното изделие е с ниски експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

III.13. Участникът „РСР” ЕООД, гр. София - 1606, ул. „Виктор Григорович» №3, вх.1, ет.1, ап.2, с оферта с вх.№ 20/10.08.2015 г., отстранявам за *следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№353, 355, 356, 410 и 461, и обособена позиция №II, ном.№№ 18, 19, 44, 54, 56, 62, 72, 74, 76, 80, 85, 86, 92, 94, 98, 103, 105 и 114.*

Мотиви за отстраняването по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№353, 355, 356, 410 и 461, и обособена позиция №II, ном.№№ 18, 19, 44, 56, 62, 72, 74, 76, 80, 85, 94, 103, 105 и 114:

1. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№355, 356 и 410 , и обособена позиция №II, ном.№85 /за вписания кат.№9004192/ - участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.4. от решението за откриване на процедурата - Оригинал/ Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителя на МИ, или от упълномощеният представител, по смисъла на чл.10,ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора.

2. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №II, ном.№№62 и 85, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата - Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или от неговият упълномощен представител - оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език;

3. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №353 , и обособена позиция №II, ном.№№105 и 114- участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата- ЕС сертификат за оценка на

съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език ;

4. За оферирания медицински изделия по обособена позиция №II, ном.№№80 и 114, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му– Образец- А, каталожни номера - участникът не е представил изисканите от Комисията документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата - Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка – на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ.

5. За оферирания медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I – ном. №№410 и 461, и обособена позиция №II – ном. №№ 18, 19, 44, 56, 72, 74, 76, 80, 94, 103, 105 и 114, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, каталожни номера - участникът не е представил изисканите от Комисията документи по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферирания от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№54:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферирания маски са с ниски експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№86:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферирания удължители не издържат на налягането от 4 bar и при продължителна употреба текат. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№92:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферирания трипътно кранче не издържа на налягане от 4 bar; не е устойчиво на липидни емулсии и агресивни медикаменти; пука се при продължителна употреба. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№98:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферирания от участника изделие няма стоп-филтър; системата не се самообезвздушава; не е указано системата да е DEHP-free. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

III.14. Участникът „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо

Ботев» №44, с оферта с вх.№ 22/10.08.2015 г., отстранявам за следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№261, 268, 278, 279, 287, 294, 305, 308, 316, 328, 329, 332, 342, 343, 414, 415, 468, 469, и обособена позиция №II, ном.№№ 12, 13, 20, 22, 23, 41, 47, 57, 58 и 115.

Мотиви за отстраняването по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№332, 342, 343, 414 и 415, и обособена позиция №II, ном.№№ 13, 20, 22, 23, 41, 47, 57, 58 и 115:

1. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№414 и 415, и обособена позиция №II, ном. №41, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата - Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител - оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език;

2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№414 и 415 - участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата - ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език ;

3. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№ 332, 414 и 415, и обособена позиция №II, ном. №№ 41, 57 и 115, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, каталожни номера - участникът не е представил изискания от Комисията документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата - Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка – на хартиен носител за изделията, за които инструкцията за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ.

4. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 414 и 415, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му– Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език;

5. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№332, 414 и 415, и обособена позиция №II, ном. №№ 13, 20, 22, 23, 41, 47, 58 и 115, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - участникът не е представил изискания от Комисията мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра.

6. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 342 и 343 - участникът не е представил изискания от Комисията оригинал или оригинал на

легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферирания медицински изделия, отговарят на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно.

7. За оферирания медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№414 и 415 - участникът не е представил изисквания от Комисията оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферирания медицински изделия, отговарят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№261:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферирания конци са късливи, развързват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№268:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферирания конци са късливи, развързват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№278:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферирания конци са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№279:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферирания конци са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№287:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферирания конци са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№294:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферирания електроди са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№305:

Участникът е oferiral медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Oferiranите конци са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№308:

Участникът е oferiral медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Oferiranите конци са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№316:

Участникът е oferiral медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Oferiranите конци са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№328:

Участникът е oferiral медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Oferiraniят кожен съшивател е с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№329:

Участникът е oferiral медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Oferiraniят ушивател за кожа е с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№468:

Участникът е oferiral медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Oferiraniят сет е с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№469:

Участникът е oferiral медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Oferiraniят шлаух е с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на

предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном.№12:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираният интродюсер не е съвместим със Суан ганц катетър конвенционален за възрастни, производство на Edwards Lifesciences LLC, съгласно изискванията на техническата спецификация. Това обстоятелство е констатирано вследствие използването на оферираното от участника изделие.

III.15. Участникът “СЕРВИЗМЕД” ООД, гр. София, ул. „Добротич” №329А, с оферта с вх. № 23/10.08.2015 г., отстранявам за следната номенклатура от обособена позиция №I - ном. №411.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№411:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника универсален комплект е с ниски експлоатационни качества; не отговаря на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

III.16. Участникът «БИКОМЕД» ООД, гр. София – 1330, жк «Красна поляна», ул. «Румяна, бл. 24, вх. Г, ап. 85, с оферта с вх. №24/10.08.2015 г., отстранявам за следните номенклатури от обособена позиция №I: ном. №№261, 269 и 411.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№261:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са късливи, развързват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№269:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са късливи, развързват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№411:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника универсален комплект е с ниски експлоатационни качества; не отговаря на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

III.17. Участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД, гр. София 1220 , ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, с оферта с вх.№ 26/10.08.2015 г.,

отстранявам за следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№216, 239, 261, 331, 332, 380, 387 и 452, и обособена позиция №II, ном.№№ 19, 70, 76, 84, 98 и 101.

Мотиви за отстраняването по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№239, 261, 331, 332 и 452, и обособена позиция №II, ном.№№ 70 и 76:

1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. №452 - участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.4 от решението за откриване на процедурата - Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ, или от упълномощеният представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора.

2. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I - ном. №№239 и 261 - участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.5 от решението за откриване на процедурата - Оригинал / Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство.

3. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 331, 332 и 452, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му– Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата -Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител - оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език;

4. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. №452, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производител, търговско наименование и каталожен номер - участникът не е представил изисканията от Комисията документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата- Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка – на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ.

5. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №452, и обособена позиция №II, ном. №№70 и 76, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера- участникът не е представил изисканията от Комисията мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№216:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните кететри за периферно венозно каниюлиране нямат вграден защитен механизъм за автоматично прибиране на иглата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№380:

Участникът е оферира медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Не е достатъчно силна фиксацията на оферираните от участника изделия, лесно се отлепват. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№387:

Участникът е оферира медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. След отлепяне на оферираните от участника адхезивни ленти, лепилото остава върху пациента и мацерира кожата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№19:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните интубационни тръби са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№84:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните удължители се пукат и текат при продължителна употреба. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№98:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираното от участника изделие няма стоп-филтър; системата не се самообезвъздушава; не е указано системата да е DENP-free. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№101:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираното изделие не се отваря стерилно; не е отбелязано да е DENP-free. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Ш.18. Участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София-1750, ж.к. „Младост 1” бл. 28Б, ул. „Димитър Моллов”, с оферта с вх.№ 27/10.08.2015 г., отстранявам за следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№340, 345, 360, 370, 380, 387, 388, 389, 417, 418, 419, 420, 421, 433, 443, 444 и 458, и обособена позиция № II, ном. №№ 14, 19, 25, 26, 44, 45, 46, 47, 54, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 91 и 111.

Мотиви за отстраняването по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№370 и обособена позиция № II, ном. №№ 25, 26, 44, 45, 46, 47, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 91 и 111:

За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№370 и обособена позиция № II, ном. №№ 25, 26, 44, 45, 46, 47, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 91 и 111, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - участникът не е представил изисканите от Комисията мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№340:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№345:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№360:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника ръкавици са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№380:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираното от участника изделие не се фиксира добре, много се преразтяга. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№387:

Участникът е оферира медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. След отлепяне на оферираните от участника адхезивни ленти, лепилото остава върху пациента и мацерира кожата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№388:

Участникът е оферира медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника ленти нямат достатъчна фиксация, разлепят се при намокряне и изпотпяване на пациента. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№389:

Участникът е оферира медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника пластир няма никаква фиксация и при използването му се затруднява работата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№417:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи са с ниски експлоатационни качества и не отговарят на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№418:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи са с ниски експлоатационни качества и не отговарят на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№419:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи са с ниски експлоатационни качества и не отговарят на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№420:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи са с ниски експлоатационни качества и не отговарят на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№421:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи са с ниски експлоатационни качества и не отговарят на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№433:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираният еднократен чувал за маса е с ниски експлоатационни качества и не отговаря на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№443:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираната лента е с ниски експлоатационни качества и не отговаря на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№444:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираното фолио не съдържа йодофор и е с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни от предоставената от участника инструкция за употреба и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№458:

Участникът е оферирал по единица №458.б. от ном. №458 медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираното изделие не позволява изделието да се отваря стерилно. Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№14:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника изделия, не отговарят на изискванията на техническата спецификация. Това обстоятелство е видно и

констатирано при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№19:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните интубационни тръби са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№54:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните маски са с ниски експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№71:

Участникът е оферирал по следните единици от ном.№71 – 71.1., 71.2. и 71.3., медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните катетри са с ниски експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

III.19. Участникът „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, гр. София-1700, бул. «Симеоновско шосе» №93Б, вх.Б, ет.3, с оферта с вх. № 29/10.08.2015 г., отстранявам *за следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№№261, 268, 278, 287, 305, 316, 325, 326, 461, и обособена позиция № II, ном. №№9, 11, 32, .*

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№261:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са късливи, развързват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№268:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са късливи, развързват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№278:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№287:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№305:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№316:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№325:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№326:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните конци са с ниски, субоптимални експлоатационни качества. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№11:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

III.20. Участникът „ДИАМЕД” ООД, гр. София -1113, ул. Жолио Кюри № 48, с оферта с вх. № 33/10.08.2015 г., отстранявам за следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№№357, 359, 360 и 461, и обособена позиция № II, ном. №№9, 32 и 33.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№357:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Това обстоятелство е видно и констатирано

при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№359:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника ръкавици са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№360:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника ръкавици са с ниски експлоатационни качества, не отговарящи на изискванията за работа в „Операционен блок за ЕКК и ЕКМО“. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№461:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Не се плъзга плавно буталото на оферираното от участника медицинско изделие, което не позволява коректно навлизане на лекарството; не е съвместимо с перфузор Браун. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№9:

Участникът е оферира медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните канюли не отговарят на зададените размери – инч., мм, мл/мин. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№32:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираното изделие не позволява съчленяване с наличния мониторен интерфейс. Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№33:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираното изделие не позволява съчленяване с наличния мониторен интерфейс. Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

III.21. Участникът «ИНТЕРАГРО-90»ЕООД, гр. София - 1309, жк Илинден, бул. «Александър Стамболийски» № 190, бл. 55, вх. «В», ап. 34, отстранявам *за следните*

номенклатури от обособена позиция №I - ном.№№2, 20 и 25.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№2:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника канюли са с капачка с клапа - 6.7, 7.3 и 8.0 мм., което не отговаря на изискванията на техническата спецификация на Възложителя за капачка с клапа от 6,0 до 8,0 мм.. Това обстоятелство е видно от представения от участника каталог.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№20:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника канюли са с проксимален диаметър - 36, 40, 46 и 51 FR и дължина – 38,1 см., което не отговаря на изискванията на техническата спецификация на Възложителя за проксимален диаметър - 37, 40, 46 и 50 FR и дължина – 40 см. Тези обстоятелства са видни от представения от участника каталог.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№25:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника феморални канюли са с диаметър: 14, 17 и 21 Fr., което не отговаря на изискванията на техническата спецификация на Възложителя за диаметър: 19, 21, 23 Fr. Това обстоятелство е видно от представения от участника каталог.

III.22. Участникът „МЕДИКЪЛ БРИДЖ» ООД, гр. София – 1164, ул. Златовръх № 13, ет. 4, ап. 4, с оферта с вх. № 35/10.08.2015 г., отстранявам *за следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном.№№133, 147, 150, 172, 174, 177 и 245, и обособена позиция № II, ном. №32.*

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№133:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника протези са твърди и пропускливи при шева, което не отговаря на изискванията на Възложителя. Това обстоятелство е констатирано вследствие опита от използването на оферираните изделия.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№147:

Участникът е оферира медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника протези са твърди и пропускливи при шева, което не отговаря на изискванията на Възложителя. Това обстоятелство е констатирано вследствие опита от използването на оферираните изделия.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№№150, 172 и 174:

Участникът не е представил ценово предложение по обособена позиция №I, номенклатури №№ 150, 172 и 174, за които номенклатури офертата и техническото

предложение на участника са били разгледани от Комисията. При отваряне на Плик №3 с предлаганата цена на участника **«МЕДИКЪЛ БРИДЖ» ООД** с надпис:

1. “Предлагана цена по обособена позиция №I, Номенклатура №150”, Комисията установява, че този плик съдържа единствено два екземпляра на заглавната страница на ценовото предложение на участника по обособена позиция №I, номенклатура № 150, а не съдържа Приложение №1 към него;

2. “Предлагана цена по обособена позиция №I, Номенклатура №172”, Комисията установява, че този плик съдържа единствено два екземпляра на заглавната страница на ценовото предложение на участника по обособена позиция №I, номенклатура №172, а не съдържа Приложение №1 към него;

3. “Предлагана цена по обособена позиция №I, Номенклатура №174”, Комисията установява, че този плик съдържа единствено два екземпляра на заглавната страница на ценовото предложение на участника по обособена позиция №I, номенклатура №174, а не съдържа Приложение №1 към него.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№177:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника протези са с дължина 40 см., при изисквана дължина, съгласно техническата спецификация на Възложителя – 80 см. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№245:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника сет не е метален, което не отговаря на изискванията на Възложителя. Това обстоятелство е видно от представените от участника: инструкция за употреба, каталог и мостра на изделието.

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном.№32:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Оферираното изделие е с ниски експлоатационни качества. Това обстоятелство е констатирано вследствие опита от използването на оферираните изделия.

IV. На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП възлагам на н-ка на отдел “Пазарни проучвания и доставки” да изпрати в тридневен срок от издаване на настоящето решение копие от решението до участниците, взели участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД**“.

V. На основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП, в деня на изпращане на решението на участниците, възлагам на н-ка на отдел “Пазарни проучвания и доставки”, да изпрати на системния администратор, служител на “АЙ ПИ СЕК” ЕООД, за публикуване в профила на купувача, настоящето решение заедно с протокола на комисията.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

Приложение:

Приложение №1 – Класиране на участниците.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
проф. д-р Г. Начев, д.м.н.



