



УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

1431 София, България, бул. Пенчо Славейков" № 52А



Certificated QM-System

ISO 9001:2008

Прием пациенти: (00359 2) 9159 413

9159 419, 9159 587, 9159 590

9159 584, 9159 585, 9159 565

За цялата страна: 0700 12131

Факс: (00359 2) 9159 445

Изпълнителен директор:

Проф. г-р Генчо Начев, г.м.н.

Телефон: (00359 2) 9159 404

факс: (00359 2) 9549057

Изх. № 01-00-317-2

София, 09.03.2016 г.

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ
УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА С
ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА,
ИНСТАЛАЦИЯ/МОНТАЖ,
ТЕСТВАНЕ ЗА
СЪВМЕСТИМОСТ/ПУСКАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ И
ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
(МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ)
ЗА НУЖДИТЕ НА „КАИЛ“,
КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ“,
„КОНСУЛТАТИВНО-
ДИАГНОСТИМЕН БЛОК“ И
„ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ И
ЕНДОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ“
ПРИ УМБАЛ „СВЕТА
ЕКАТЕРИНА“ ЕАД“, КАКТО И
ОБУЧЕНИЕ НА
МЕДИЦИНСКИТЕ
СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА С
ИЗДЕЛИЯТА/МЕДИЦИНСКОТО
ОБОРУДВАНЕ“**

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 01-00-317-1/09.03.2016 г. в УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД от заинтересуван участник в открита процедура с предмет: *„Доставка, инсталация/монтаж, тестване за съвместимост/пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ“, „Клиника по кардиология“,*

„Консултативно – диагностичен блок“ и „Отделение по хирургия и ендоскопски процедури“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.” в 4-дневния срок по чл. 29, ал. 1 и на основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП, предоставяме следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос № 1: В документите за тръжна процедура в Част 5, техническа спецификация, минимални технически изисквания, по обособена позиция №4 Диагностична ултразвукова система, т. 1 се изисква SPS/QSP.

1. Моля за разяснение на това съкращение по смисъла на технологията;
2. SPS/QSP е термин на конкретна марка производител на ултразвукова апаратура – <https://www.toshiba-medical.eu/uk/service-and-support/secondlife/nefurbisshment/xario-request-form> и записано като съкращение вместо по смисъл би довело до облагодетелстването на само на един участник.

Отговор на въпрос № 1: PSP (parallel signal processing) - паралелна обработка на сигнала. Технология, която се поддържа от почти всички съвременни производители с цел подобряване на бързината. Паралелната обработка на сигнала може да е няколкократно (до 10-12) с цел подобряване на качеството. В случая възложителя е посочил QSP (Quadrat signal processing) – четирикратна обработка на сигнала като незадължителен елемент и би приел описаните технологии независимо от конкретното наименование на съответния производител.

За Изпълнителен директор:
проф. д-р Д. Петков, съгласно
Заповед РД-18-32/01-03.2016г.

