



# УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

1431 София, България, бул. Пенчо Славейков" № 52А



Certificated QM-System

ISO 9001:2008

Прием пациенти: (00359 2) 9159 413

9159 419, 9159 587, 9159 590

9159 584, 9159 585, 9159 565

За цялата страна: 0700 12131

Факс: (00359 2) 9159 445

Изпълнителен директор:  
Проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.  
Телефон: (00359 2) 9159 404  
факс: (00359 2) 9549057

Изх. № .....

София, ..... 20..... г.

## РЕШЕНИЕ

№ РД *25-132, 08.08.*.....2016 г.

**за обявяване на класирането на участниците и участниците, определени за изпълнители по обособени позиции**

**Възложител: УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД**

На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП (отм. ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) и Протокол по чл. 72, ал. 1 от ЗОП (отм. ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) от 30.06.2016 г. на назначената със заповед № РД-25-48/12.04.2016 год. на Изпълнителния директор на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД и Заповед №РД-25-99/31.05.2016 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД за удължаване срока за приключване на работата на комисията до 30.06.2016 г. в обществена поръчка с предмет: *„Доставка, инсталация/монтаж, тестване за съвместимост/пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ“, „Клиника по кардиология“, „Консултативно – диагностичен блок“ и „Отделение по хирургия и ендоскопски процедури“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/*”, открита с решение № РД-25-35/01.03.2016 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, обявление S 045-073651 от 04.03.2016 г., обнародвано в електронната страница на Официалния вестник на ЕС и публикувано обявление в регистъра на обществени поръчки с уникален номер: 00010-2016-0004,

## ОБЯВЯВАМ:

**I.** Класирането на участниците по обособени позиции, съгласно обявения критерий, посочено в Приложение № 1 - Класиране на участниците към настоящото решение.

**II.** Участниците, класирани на първо място за съответните обособени позиции, съгласно Приложение № 1 - Класиране на участниците към настоящото решение, се определят за изпълнители на обществената поръчка по съответните обособени позиции.

**III.** На основание чл. 73, ал. 2 от ЗОП (отм. ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) посочвам отстранените от участие в процедурата участници и оферти, а

именно:

**III.1.** Участникът **ИНФОМЕД” ЕООД**, гр. София - 1330, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 2Е, с оферта с вх.№ 1/07.04.2016 г., отстранявам за обособената позиция, за която участва - №4

**Мотиви за отстраняването по обособена позиция №4:**

Участникът е oferiral медицинско оборудване, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие, а именно:

- offerираният модел монитор е 15", а изискването в техническата спецификация е за 19" монитор;

- offerираният трансдюсер UST 9123 работи в избираеми честоти 3.08, 4.00, 5.00, 5.71 MHz и не покрива изискуемия в техническата спецификация на възложителя диапазон – от 1,9 до 6,0 MHz;

- Работните честоти на трансдюсера в режим TНI са 1.82/2.00/2.11/2.50 MHz, с което не се изпълняват заложените минимални изисквания на възложителя в техническата спецификация за работни честоти в TНI режим от 3,0 до 6,0 MHz.

**III.2.** Участникът **“ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА“ ООД**, гр. Варна – 9002, ул. „Кирил Шиваров“ № 9Б, с оферта с вх. №2/11.04.2016 г., отстранявам за обособената позиция, за която участва - №4

**Мотиви за отстраняването по обособена позиция №4:**

За offerирания черно-бял термопринтер А6 формат, по обособена позиция №4, производство на Sony Corp Китай, участникът не е представил следните изискани от Комисията документи:

1. документ по т. 10.6.2.5. от решението за откриване на процедурата: Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: А/ от производителя на оборудването или Б/ от упълномощеният представител, по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо правата за медицинско представителство и търговия на територията на цялата страна, или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура и съдържащо изявление, че производителят или неговият упълномощен представител, ще осигури безопасното инсталиране на оборудването и ще гарантира поддръжката му и кое е лицето в Република България, определено от тях да извърши монтажа на оборудването и да осигурява поддръжката му /с посочване на точен адрес, телефон за връзка и факс/;

2. документ по т. 10.6.2.6. от решението за откриване на процедурата: Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на оборудването не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство.

3. документ по т. 10.6.2.8. от решението за откриване на процедурата- Декларация от производителя на оборудването, относно гаранционния му срок в месеци- свободен текст, в превод на български език;

4. документ по т. 10.6.2.13. от решението за откриване на процедурата- Декларация от лицето, определено от производителя на оборудването или от неговия упълномощен представител, че е запознато и се задължава да реагира в рамките на offerираните от участника времена за реакция, при възникнала повреда по време на гаранционния срок на оборудването в периода от 08,00 ч.-17,00 часа и от 17,00 ч. -

08,00 часа и почивните, и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложител;

5. документ по т. 10.6.2.14. от решението за откриване на процедурата - Декларация от лицето, определено от производителят на оборудването или от неговия упълномощен представител, че е запознато и че се задължава да отстранява повредата по време на гаранционния срок на оборудването в оферираният от участника часове, след като е извършил диагностика и е констатирал проблема;

6. документ по т. 10.6.2.15. от решението за откриване на процедурата - Документ от производителя на оборудването или от неговия упълномощен представител, че оборудването е произведено след 01.07.2015г. - свободен текст, в превод на български език.

**III.3. Участникът "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД, гр. Варна 9010, район "Приморски", ул. "Иван Богоров" № 12, ет. 2, с оферта с вх.№ 3/11.04.2016 г., отстранявам за обособената позиция, за която участва - №4**

**Мотиви за отстраняването по обособена позиция №4:**

Участникът е оферирал медицинско оборудване, за чиито компоненти не е представил техническо предложение и не е посочил технически данни, съгласно изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Посоченият в офертата на участника трансдюсер модел ЗС-А за абдоминални изследвания, не фигурира в официалната страница на производителя, т.е. не е възможно да бъде оферираният от участника несъществуващ модел. Очевидно е манипулирано копие на каталога с оглед участието в конкретната процедура.

**III.4. Участникът "АЛМАСОНИК" ООД, гр. София 1407, ул. "Орел" №2, вх. А, ап. 20, с оферта с вх. № 5/11.04.2016 г., отстранявам за обособената позиция, за която участва - №4**

**Мотиви за отстраняването по обособена позиция №4:**

За оферирания черно-бял термопринтер А6 формат, по обособена позиция №4, участникът не представил следните изискани от Комисията документи:

1. документ по т. 10.6.2.5. от решението за откриване на процедурата: Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: А/ от производителят на оборудването или Б/ от упълномощеният представител, по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо правата за медицинско представителство и търговия на територията на цялата страна, или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура и съдържащо изявление, че производителят или неговият упълномощен представител, ще осигури безопасното инсталиране на оборудването и ще гарантира поддръжката му и кое е лицето в Република България, определено от тях да извърши монтажа на оборудването и да осигурява поддръжката му /с посочване на точен адрес, телефон за връзка и факс/;

2. документ по т. 10.6.2.6. от решението за откриване на процедурата: Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на оборудването не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство.

3. документ по т. 10.6.2.8 от решението за откриване на процедурата - Декларация от производителя на оборудването, относно гаранционния му срок в месеци - свободен текст, в превод на български език;

4. документ по т. 10.6.2.12 от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на предлаганото оборудването, с превод на български език, от който да са видни техническите му характеристики и възможности;

5. документ по т. 10.6.2.13. от решението за откриване на процедурата- Декларация от лицето, определено от производителят на оборудването или от неговия упълномощен представител, че е запознато и се задължава да реагира в рамките на офериранияте от участника времена за реакция, при възникнала повреда по време на гаранционния срок на оборудването в периода от 08,00 ч.-17,00 часа и от 17,00 ч. - 08,00 часа и почивните, и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложител;

6. документ по т. 10.6.2.14. от решението за откриване на процедурата - Декларация от лицето, определено от производителят на оборудването или от неговия упълномощен представител, че е запознато и че се задължава да отстранява повредата по време на гаранционния срок на оборудването в офериранияте от участника часове, след като е извършил диагностика и е констатирал проблема;

7. документ по т. 10.6.2.15. от решението за откриване на процедурата - Документ от производителя на оборудването или от неговия упълномощен представител, че оборудването е произведено след 01.07.2015г. - свободен текст, в превод на български език.

**III.5.** Участникът **“СОЛОМЕД” ЕООД**, с. Лакатник - 2272, община Своге, ул. „Христо Ботев“ № 44, с оферта с вх. 6/11.04.2016г., отстранявам за **обособена позиция №4**.

**Мотиви за отстраняването по обособена позиция №4:**

Участникът е оферирал медицинско оборудване - трансдюсер модел С6-2, който не е съвместим за работа с офериранията от участника ултразвукова система - ACUSON X600. Съгласно вписаната информация в представения от участника актуален оригинален каталог, предложения трансдюсер модел С6-2, не е съвместим с оферирания апарат ACUSON X600. Оферираният трансдюсер е съвместим със следните системи: ултразвукова система – ACUSON X500; ултразвукова система – SONOLINE G60 S и сърдечносъдова система ACUSON CV70.

**IV.** На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП възлагам на н-ка на отдел “Пазарни проучвания и доставки” да изпрати в тридневен срок от издаване на настоящето решение копие от решението до участниците, взели участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка, инсталация/монтаж, тестване за съвместимост/пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ”, „Клиника по кардиология“, „Консултативно – диагностичен блок“ и „Отделение по хирургия и ендоскопски процедури“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/”**.

**V.** На основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП ЗОП (отм. ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), в деня на изпращане на решението на участниците, възлагам на н-ка на отдел “Пазарни проучвания и доставки”, да изпрати на системния администратор в сектор

“Компютърни технологии в медицината”, за публикуване в профила на купувача, настоящето решение заедно с протокола на комисията.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

**Приложение:**

*Приложение №1 – Класиране на участниците.*

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**  
проф. д-р Г. Начев, д.м.н.



## Класиране на участниците

№ на обособената позиция	Наименование на медицинските изделия /медицинско оборудване / и техните компоненти, окомплектовка и консумативи, съгласно техническата спецификация	Класиране
1	2	3
1	Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апарат за бъбречно-заместителна терапия за осъществяване на цитратна диализа - 1 брой за нуждите на „КАИЛ“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с медицинското оборудване.	
1	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	1 място
2	Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на оборудване за електрофизиология, за нуждите на „Клиника по кардиология“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.	
2	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	1 място
3	Доставка, инсталация/монтаж, тестване за съвместимост/пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на трансторакален кардиологичен трансдюсер тип 3V2с, съвместим с апарат Acuson Sequoia- Siemens 512 AG Healthcare – 1 брой, в комплект със спринцовкова инфузионна помпа -1 брой, необходими за извършването на Стрес-Ехокардиография, за нуждите на „Консултативно – диагностичен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа със спринцовковата инфузионна помпа;	
3	"СОЛОМЕД" ЕООД	1 място
4	Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на ехограф за коремни органи – 1 брой за нуждите на „Отделението по хирургия и ендоскопски процедури“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.	
4	"МЕДИМАГ" ЕООД	1 място

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


 проф. д-р Г. Начев, д.м.н.