



УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

1431 София, България, бул. Пенчо Славейков" № 52А



Certificated QM-System

ISO 9001:2008

Прием пациенти: (00359 2) 9159 413

9159 419, 9159 587, 9159 590

9159 584, 9159 585, 9159 565

За цялата страна: 0700 12131

Факс: (00359 2) 9159 445

Изпълнителен директор:

Проф. г-р Генчо Начев, г.м.н.

Телефон: (00359 2) 9159 404

факс: (00359 2) 9549057

Изх. №

01-00-676-1

София, 20..... г.

16.06 16

До всички заинтересувани участници в открита процедура, с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология» към „Клиника по кардиология“, „Клиника по кардиохирургия“, «Консултативно-диагностичен блок» и «КАИЛ-анестезия» при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията /медицинското оборудване/.”

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 01-00-676-1/15.06.2016 г. в УМБАЛ „Св. Екатерина” ЕАД по открита процедура с предмет: *„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология» към „Клиника по кардиология“, „Клиника по кардиохирургия“, «Консултативно-диагностичен блок» и «КАИЛ-анестезия» при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията /медицинското оборудване/.”*, в 4 - дневния срок по чл.

33, ал. 2 и на основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП, предоставяме следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос № 1:

Моля за уточнение на следните изисквания за *обособена позиция 1 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 4 бр. интензивни електрически болнични легла, в комплект с 2 броя прик.шкафчета с табла за хранене и съответната окомп. и аксесоари*: Относно броя прикреватни шкафчета – всяко легло да бъде окомплектовано с по 2 броя шкафчета или да бъдат общо 2 броя?

Отговор на Въпрос № 1:

Видно от посоченото описание в Техническата спецификация, съставляваща част 4 от документацията за участие в процедурата, шкафчетата не са прикрепени към никое легло, а са индивидуални и броят им е две.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ПРОФ. Д-Р Г. НАЧЕВ, д.м.д.

