



УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

1431 София, България, бул. Пенчо Славейков" № 52А



Certificated QM-System

ISO 9001:2008

Прием пациенти: (00359 2) 9159 413

9159 419, 9159 587, 9159 590

9159 584, 9159 585, 9159 565

За цялата страна: 0700 12131

Факс: (00359 2) 9159 445

Изпълнителен директор:

Проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.

Телефон: (00359 2) 9159 404

факс: (00359 2) 9549057

Изх. №

София, 20..... г.

РЕШЕНИЕ

№ РД - 25-14 / 14.02 2017 г.

за обявяване на класирането на участниците и участниците, определени за изпълнители по номенклатури от обособени позиции

Възложител: УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД

На основание чл. 22, ал. 1 и ал. 6 във вр. с чл. 106, ал. 6 от ЗОП и Доклад по чл. 60 от ППЗОП от 14.02 2017 г. на назначената със Заповед № РД-25-183/31.10.2016 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД и Заповеди №№ РД-25-02/01.01.2017 г., РД-25-03/01.01.2017 г., РД-25-10/01.02.2017 г. за заместване на член на комисията, и Заповед № РД-25-10А за удължаване срока за приключване на работата на назначената комисия до 17.02.2017 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Доставки на медицински изделия: общи, хирургични и урологични; медицински изделия за дезинфекция и стерилизация, консумативи за медицинско оборудване и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД"**, открита с решение № РД-25-175/10.10.2016 г. на изпълнителния директор на болницата, обявление 2016/S 199-358234 и публикувано обявление в регистъра на обществени поръчки с уникален номер: 00010-2016-0012 в РОП на АОП,

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците по номенклатури от обособени позиции, съгласно обявения критерий, посочено в Приложение № 1 - Класиране на участниците към настоящото решение.

II. Участниците, класирани на първо място за съответните номенклатури от обособени позиции, съгласно Приложение № 1 - Класиране на участниците към настоящото решение, се определят за изпълнители на обществената поръчка по съответните номенклатури от обособени позиции.

III. На основание чл. 22, ал. 5, т. 6, б. „г“ от ЗОП, посочвам отстранените от участие в процедурата участници и мотивите за тяхното отстраняване, а именно:

III.1. Участникът „СОЛОМЕД“ ЕООД, 1618, ул. "Казбек" № 49, с оферта с вх. №10/28.10.2016 гр. София, отстранявам, за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция № I, ном. №№ 3, 9, 60, 61, 62, 69, 70, 71 и 88, обособена позиция № III, ном. №№ 1 и 33, обособена позиция № IV, ном. №№ 6, 12, 41,

42, 82 и 92:

Мотиви за отстраняването по: обособена позиция №IV, ном. № 6 и 12:
участникът не представи следните изискани от Комисията документи:

- документ по т. 13.3.2.5. от решението за откриване на процедурата, а именно: декларация за съответствие на медицинското изделие по см. на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или от неговият упълномощен представител – оригинал (копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език).
- документ по т.13.3.2.3. от решението за откриване на процедурата, а именно: Оригинал / Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителя на МИ, или от упълномощеният представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора.

Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. №1: установено е несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване на индикатора за пара, след стерилизация на пара се променя в кафяво, а не в черно, както е указано на стикера. Изделието не е подходящо за работа в сектор Стерилизация;

Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № I, ном. №88:
установено е несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Постъпило е становище, видно от което: при употреба на оферираните апарти за артериално налягане се разпадат шевовете на плата, от който е изработен маншета (което налага ръчно придържане на маншета за измерване), освен това стрелката на манометъра превърта без възможност да се върне в нулева позиция, а лепящата лента се разшива от плата, от който е изработен маншета.

Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № I, ном. №№ 3, 9, 60, 61, 62, 69, 70, 71, обособена позиция №III, ном. 33, обособена позиция №IV, ном. 41, 42, 82 и 92: участникът не е представил мостри, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за откриване на процедурата.

III.2. Участникът “ГЮС“ ООД, София - 1618, ул. “Казбек“, № 45, с оферта с вх. №12/28.10.2016г., отстранявам, за следните номенклатури от съответните обособени позиции: **обособена позиция № III, ном. №№ 22 и 33**

III.2.1. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. № 22
за оферираното изделие по обособена позиция № III, ном. № 22, е установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване се установи, че хартията е тънка и лесно се къса, което я прави неподходяща за работа в сектор Стерилизация.

III.2.2. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. № 33:
установено е несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване на изделията (скобите), се установи че същите не позволяват лесно отваряне на контейнерите и не са подходящи за работа.

III.3. Участникът “АГАРТА – ЦМ“ЕООД, гр. София -1712, жк “Младост 3“, бл. 304, офис 1, с оферта с вх. № 14/28.10.2016г., отстранявам, за следните номенклатури от

съответните обособени позиции: обособена позиция № I, ном. №139, обособена позиция № III, ном. №№14 и 35, обособена позиция №IV, ном. № 7:

III.3.1. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № I, ном. №139: установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване на спрея за ЕКГ- флакон от 250мл., същият не създава контакт между пациента и помпичката.

III.3.2. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. №14: установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване на хартията, се установи, че е тънка и се къса лесно. Освен това, различно и неотчетливо се променят индикаторите на различните размери. Изделието е неподходящо за работа в сектор Стерилизация.

III.3.3. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция позиция № III, ном. №35: установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване се установи, че не е отчетлива промяната в индикатора.

III.3.4. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция №IV, ном. № 7: установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване на хартията, същата се оказа че дава блед, размазан образ. Освен това е с ниско качество на гланца.

III.4. Участникът “ВАКПАК МЕДИКАЛ“ ООД, гр. Добрич – 9300, ул. “България“ № 1, с оферта с вх. №14/28.10.2016г. отстранявам, за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция № III, ном. №№ 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 22, 33, 34, 35, и 36.

III.4.1. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. № 4: установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване е установено, че индикаторът не е съвместим с четец Attest.

III.4.2. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция III, ном. № 5: установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване е установено, че индикаторът не е съвместим с четец Attest.

III.4.3. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. № 7: установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. На мострата е “STERIKING” дневен тест – листа, не е указано нито на опаковката, нито на самият лист дали отговаря на стандартите по ISO 11140 /11140-3 клас-2/. Това е видно от предоставеното становище.

III.4.4. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. № 8: установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване на мострата на мед. изделие се установи следното: индикаторът се променя в лилаво след стерилизацията, а не в кафяво както е указано на индикатора. Не е подходящ за работа в сектор Стерилизация.

III.4.5. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. № 10: установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След

тестване се установи, че етикетът не е залепващ се - не е подходящ за работа в сектор Стерилизация.

III.4.6. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. № 14:
установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване се установи, че хартията лесно се къса при отваряне на вече стерилните опаковки. Не е подходяща за работа в сектор Стерилизация.

III.4.7. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. № 15:
установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване се установи, че има само два вида индикатори.

III.4.8. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. № 16:
установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване се установи, че хартията лесно се къса при отваряне на вече стерилните опаковки.

III.4.9. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. № 22:
установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Установено е следното: липсват всички размери мостри. От два размера са представени три мостри. Това води до ограничаване възможността да се установят характеристиките на изделията, и дали същите са подходящи за работа в сектор Стерилизация.

III.4.10. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. № 33:
установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След стерилизация контейнерите не се отварят лесно. Изделията не са подходящи за работа в сектор Стерилизация.

III.4.11. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. № 35:
установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Предоставената мостра е малко залепено парче върху хартия, което прави невъзможно тестването и установяването на характеристиките на изделието.

III.4.12. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. № 36:
установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Предоставената мостра е малко залепено парче върху хартия, което прави невъзможно тестването и установяването на характеристиките на изделието.

III.4.13. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. № 34:
установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Предоставената мостра е 25см. лента, залепена на плик за стерилизация, а не е в оригинална опаковка. Така не става ясно произходът на продукта, срока на годност, параметритен а проздукта. Освен това, при тестване лентата се залепва слабо.

III.5. Участникът "МЕДИЛОН"ЕООД, бул. „България“№98, Бизнес сграда Астра, вх. Д, ет. 2, офис 4Д, с оферта с вх. № 15/28.10.2016г., отстранявам, за следните номенклатури от съответните обособени позиции: **обособена позиция№ III, ном. № 4, 5 22 и 34.**

III.5.1. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция№ III, ном. № 4:
установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията

на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване е установено, че индикаторът не е съвместим с четец Attest.

III.5.2. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. № 5:

установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване е установено, че индикаторът не е съвместим с четец Attest.

III.5.3. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. №22:

установено е, че липсват мостри от всички размери, което води до невъзможност да се тества и да се установят характеристиките на изделията, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. "д" от решението за откриване на процедурата.

III.5.4. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. 34:

участникът не е представил мостри, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. "д" от решението за откриване на процедурата.

III.6. Участникът "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр. София-1750, ж.к. "Младост 1", бл. 28Б, ул. "Димитър Моллов" с оферта вх. №16/28.10.2016г, отстранявам, за следните номенклатури от съответните обособена позиция: №IV, ном.№ 7:

III.6.1. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция №IV, ном. № 7:

установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване на представената мостра по обособена позиция №IV, ном.№ 7 се получава блед и неясен образ.

III.7. Участникът "АДВАНС МЕДИКАЛ" ЕООД, гр. Дупница, ул. "Христо Грънчаров" №10, с оферта вх. №21/28.10.2016г., отстранявам, за обособена позиция № III, ном. №16

III.7.1. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция № III, ном. №16:

установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване на предоставената мостра, се установи, че има само два вида индикатори.

III.8. Участникът "ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД гр. София - 1225, кв. "Малашевци", ул. "Ясен" №2А, с оферта: вх. № 22/28/10.2016г., отстранявам, за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном.№ 138, обособена позиция №IV, ном.№№ 7 и 11:

III.8.1. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция №I, ном.№ 138:

установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване се установи, че гелът е много течен, няма контакт с пациента, което води до нереално изследване.

III.8.2. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция №IV, ном.№ 7:

установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване се установи, че се получава блед и неясен образ.

III.8.3. Мотиви за отстраняването по: обособена позиция №IV, ном.№ 11:

установено несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. След тестване на представената мостра по обособена позиция №IV, ном.№ 11 се установи лош контакт в гнездото, а полученият образ е блед и неясен.

IV. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, възлагам на началника на отдел „Пазарни проучвания и доставки“, да изпрати настоящото решение на системния администратор от отдел „Компютърни технологии в медицината“, за публикуване в „Профила на купувача“ на Възложителя с адрес: <http://svetaekaterina.eu/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/>, в _____ деня на изпращането му на участниците в процедурата.

V. На основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП, възлагам на началника на отдел „Пазарни проучвания и доставки“, да изпрати доклада по чл.60 на системния администратор от отдел „Компютърни технологии в медицината“, за публикуване в „Профила на купувача“ на Възложителя с адрес: <http://svetaekaterina.eu/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/>, в _____ деня на изпращането на настоящото решение на участниците в процедурата.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

Приложение:

Приложение №1 – Класиране на участниците.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
проф. д-р Г. Начев, д.м.н.



Изготвил:
Юлия Добрева – юрист и н-к отдел "ППД"