

УТВЪРДИЛ:

Проф. д-р Димитър Петков-
Зам.директор по лечебната дейност
и упълномощено лице по чл.7 от
ЗОП съгласно Заповед № РД-18-131
/13.08.2018г. на Изпълнителния
директор на УМБАЛ „Света
Екатерина“ЕАД - 15.08.2018г.

**ПРОТОКОЛ
НА ОСНОВАНИЕ чл.97,ал.4 от ППЗОП**

А. На 14.08.2018г. от 10:00 часа в учебната зала на УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД, на адрес: гр.София 1431; бул.,Пенчо Славейков“ № 52А проведе публичното заседание на комисията назначена със Заповед № РД 18-134 / 14.08.2018г. на проф. д-р Димитър Петков – Заместник директор по лечебната дейност на УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД за отваряне и разглеждане на офертите подадени в отговор на обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация и обучение на определени от възложителя служители за работа със Система за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД и гаранционно обслужване през времето, в което е в гаранционен срок“ и класиране на участниците.

Обявата е публикувана на профила на купувача на УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД по самостоятелно обособеният раздел на обществената поръчка на електронен адрес: http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/?id=339&version=new и публично достъпна в периода от 30.07.2018г. до 07.08.2018г. За обявата е изпратена информация, която е публикувана в РОП на 30.07.2018г. с IDN: 9079051. В първоначално определеният срок за подаване на оферти (до 16:30ч. на 07.08.2018г.) е постъпила само една оферта и на основание чл.188, ал.2 от ЗОП е публикувана Информация № 05-00-1050-2 / 08.08.2018г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти до 16:30ч. на 13.08.2018г. Информацията е публикувана в РОП на 08.08.2018г. с IDN: 9079406.

Комисията е назначена по реда на чл.103,ал.1 от ЗОП и чл.97,ал.1 от ППЗОП и нейният състав включва:

Председател: 1. д-р Борислав Ацев - заместник директор „ДКД“ в УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД;

Членове:

2. Маруся Йорданова – юрист, началник отдел „ППД“ в УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД
3. Инж. Георги Славков - зав. сектор „Техническа служба“, инж. Поддръжка на медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД
4. Тодор Нинов – експерт в отдел „ППД“ в УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД
5. Калина Добрева – счетоводител в отдел „Финансово – счетоводен“ в УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД

На публичното заседание на комисията присъстваха всички горепосочени редовни членове. На основание чл.192 от ЗОП и чл.97,ал.3 от ППЗОП в обявата за събиране на оферти е посочено, че отварянето ще е публично и на него могат да присъстват представители на участниците. Въпреки предоставената възможност на откритото заседание не присъстваха представители на участниците. Комисията започна работа след получаването срещу подпис от деловодството на УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД на приемо-предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, съдържащ данни за подателят на офертата и номер, дата и час на получаването им в деловодството на болницата.

В отговор на публикуваната на 30.07.2018г. обява за събиране на оферти и в определения от Възложителя краен срок за подаване на оферти – 16.30 ч. на 13.08.2018г. в деловодството на УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД е постъпила една оферта, както следва:

№	Участник	Оферта (вх. №/ дата/ час)	Посочен адрес за кореспонденция:
1.	„Диагностик Имиджинг“ ООД	№ 1 / 06.08.2018г./13:00ч.	Гр.София 1505, ул. Каймакчалан № 1; Тел. / Факс: 02 / 944 22 90; 02 / 944 29 16 e-mail: dimaging@meddimage.com

След получаване и прочитане на списъка с участниците и постъпилите оферти всички членове на комисията попълниха и подписаха Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Подадената оферта е представена в запечатана, непрозрачна опаковка (плик) с посочени наименование на участника, предмета на обществената поръчка, адрес за кореспонденция, телефон, факс или електронен адрес в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в обявата. На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП Комисията отвори получената оферта в отговор на публикуваната обява за събиране на оферти и оповести ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

1. Оферта с входящ № 1/ 06.08.2018г. (13:00ч.) подадена от „Диагностик Имиджинг“ ООД за изпълнение на обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация и обучение на определени от възложителя служители за работа със Система за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД и гаранционно обслужване през времето, в което е в гаранционен срок“ с предложена крайна стойност от 60 150лв. без ДДС / 72 180 лв. с ДДС.

На заседанието не присъстват представители на участниците и комисията продължи на закрито заседание своята работа по разглеждане и проверка на подадената в отговор на публикуваната обява оферта.

1. Констатации за оферта с входящ № 1 / 06.08.2018г. (13:00ч.) подадена от „Диагностик Имиджинг“ ООД. Комисията извърши проверка на наличните в офертата документи и установи, че се съдържат следните документи:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата –подписан и подпечатан;
2. Представяне на участника, съдържащи данни за лицето, което прави предложението.
3. Заверено от участника копие на валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл.77 от ЗМИ и приложението към него, издадено от ИАЛ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия;
4. Декларация по чл.97,ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП.
5. Декларация по чл.97,ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54,ал.1,т.3-5 от ЗОП
6. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
7. Декларация , че няма да се използват подизпълнители.
8. Декларация за липса на свързаност с друг участник;
9. Декларация за срок на валидност на офертата;
10. Декларация за запознаване и приемане съдържанието на проекто-договора
11. Списък на екипа за изпълнение на поръчката, включващ собствени или сервизни инженери и др.специалисти, които ще участват в изпълнение на поръчката с посочени имена, образование, професионалната квалификация, както и данни за притежаваните сертификати или други документи, доказващи, че същите са преминали обучение при производителя на предлаганото оборудване. Копия на сертификати за преминалото обучение и диплома за висше образование - специалност електроника издадени на името на посоченият в списъка инженер по електроника.

12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Предложени са следните срокове за изпълнение:

- срок за доставка на Системата за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура до 5 (пет) седмици от датата на подписване на договора за обществена поръчка.

- срок за изпълнение на услугите по монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация до 4 (четири) работни дни от датата на доставка, съгласно двустранно подписания приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

- срокът за обучение на медицинските специалисти и др. длъжностни лица за работа с оборудването е 1 (един) работен ден, след въвеждане в експлоатация.

- срокът за извършване на цялостна гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок е 12 (дванадесет) месеца.

- срокът за реакция /констатиране на повредата/ при възникнал проблем е до 2 (два) часа от получаване на рекламационно съобщение по реда предвиден в проекта на договора за обществена поръчка.

- режимът на гаранционна поддръжка „в работно време“ ще се реализира от на в работни дни от 08:00 ч. до 17:00 ч.

- режимът на поддръжка „24 x 7“ ще се реализира по 24 часа 7 дни в седмицата, и до 8 (осем) часа, през почивните и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложителя.

- отстраняване на настъпила повреда и възстановяване на работоспособността на оборудването в режим на поддръжка „24x7“ в срок до 48 часа (четиридесет и осем часа), считано от датата и часа на констатиране на повредата след извършена диагностика;

- отстраняване на настъпила повреда в режим на поддръжка „в работно време“ в срок до 48 часа (четиридесет и осем) часа, считано от датата и часа на констатиране на повредата

13. Подробно описание на предлаганото оборудване с посочен търговско наименование, модел, производител и технически характеристики.

14. Копие от официална брошура издадена от производителя на оферирания Система за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура;

15. Копия на оригиналите, придружени с превод на български език на Декларация за съответствие с изискванията на Директива 93/49/ЕЕС издадени от производителя и СЕ сертификат за съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС издаден от нотифициран орган.

16. Валиден Сертификат по стандарт БДС EN ISO 13485:2003 или еквивалентен издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството на името на производителя на предлаганото оборудване, удостоверяващ, че същия е въвел и поддържа система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 13485:2003 или еквивалентен, с обхват дизайн, производство, разпространение и сервиз системи за въвеждане на течности, вътрешносъдови диагностични системи, системи за мениджмант на данни и аксесоари за оборудване на лаборатории по образна диагностика, използвани при диагностични образни процедури и др..

17. Декларация от законния представител на участника, че ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка ще осигури по време на гаранционния срок цялостно гаранционно обслужване на доставеното оборудване 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието от сервизни инженери обучени от производителя.

18. Ценово предложение .

След извършена подробна проверка на наличните документи в офертата на участника „Диагностик Имиджинг“ ООД, комисията констатира, че са представени всички документи съгласно указанията на Възложителя посочени в обявата и приложенията към нея. Членовете на комисията извършиха подробна проверка на представената техническа оферта и установиха, че направеното от участника предложение за изпълнение на поръчката отговаря на всички предварително обявени задължителни условия и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. В тази връзка няма пречки ценовото му предложение да бъде подробно разгледано и проверено и офертата на участника да бъде допусната до класиране.

От участника „Диагностик Имиджинг ” ООД е предложена крайна стойност от 60 150лв. без ДДС / 72 180 лв. с ДДС за изпълнение на поръчката. Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка отговаря на всички предварително обявени изисквания на възложителя и офертата на участника е допусната до класиране.

Б). Предварително обявеният критерий за възлагане, определен от Възложителя е „най-ниска цена“. В отговор на публикуваната обява е подадена само една оферта за участие в обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация и обучение на определени от възложителя служители за работа със Система за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД и гаранционно обслужване през времето, в което е в гаранционен срок“.

На основание посочените по-горе резултати Комисията предлага на проф. д-р Димитър Петков – заместник директор по лечебната дейност на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД и упълномощено лице по чл.7 от ЗОП съгласно Заповед № РД-18-131 /13.08.2018г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация и обучение на определени от възложителя служители за работа със Система за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД и гаранционно обслужване през времето, в което е в гаранционен срок“ единственият участник подал оферта „Диагностик Имиджинг“ ООД с предложена крайна стойност от 60 150 лв. без ДДС / 72 180 лв. с ДДС (шестдесет хиляди сто и петдесет лв. без ДДС / седемдесет и две хиляди и сто и осемдесет лв. с ДДС) за изпълнение на поръчката.

Настоящият протокол е изготвен на 14.08.2018г. и на основание чл.97, ал. 4 от ППЗОП ще бъде представен на проф. д-р Димитър Петков – заместник директор по лечебната дейност на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД и упълномощено лице по чл.7 от ЗОП съгласно Заповед № РД-18-131 /13.08.2018г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД за утвърждаване. След утвърждаване на протокола, същият ще бъде изпратен на участниците и публикуван на профила на купувача по обособеният раздел на обществената поръчка на електронен адрес: http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/?id=339&version=new.

14.08.2018г.

Комисия в състав:

Председа **Чл. 2 от ЗЗЛД** д-р Борислав Ацев - заместник директор на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД;

Членове:

Чл. 2 от ЗЗЛД Руся Йорданова – юрист, началник отдел „Юридически“ в УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД

3 **Чл. 2 от ЗЗЛД** Инж. Георги Славков - зав. сектор „Техническа служба“, инж. Поддръжка на медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД

Чл. 2 от ЗЗЛД Нинов – експерт в отдел „ППД“ в УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД

5 **Чл. 2 от ЗЗЛД** Калина Добрева – счетоводител в отдел „Финансово – счетоводен“ в УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД