

УТВЪРДИЛ:

Проф. д-р ГЕНЧО НА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

Дата



ПРОТОКОЛ

От заседание на комисията назначена със Заповед № РД – 25 – 4 от 31.03.2020 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД за избор на изпълнител, за възлагане на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет **„Доставка на СПЕЦИАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА СЪВРЕМЕННА УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА“**, № в РОП на АОП 9097220

Днес, 31.03.2020 г., в 13:30 ч., в зала № 1, етаж „Партер“ в сградата на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, с адрес гр. София, 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А, в изпълнение на Заповед № РД – 25 – 1 от 17.01.2020 г., на изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД,

се събра комисия за провеждане възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет:

„Доставка на СПЕЦИАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА СЪВРЕМЕННА УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА“, № в РОП на АОП 9097220, както следва:

Комисия в състав:

Председател: д-р Борислав Ацев – зам. директор КДД

Членове:

инж. Георги Славков – зав. сектор „Техническа служба“, инж. поддръжка мед. апаратура

Галина Ганчева – н-к отдел ППД

На заседанието не присъства упълномощен представител на подалия оферта участник.

Председателят на комисията обяви и прочете Заповед № РД – 25 – 4 от 31.03.2020 г., на изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, за назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП.

В определения срок за представяне на оферти до 16:30 часа на 30.03.2020 г., в деловодството на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД е постъпила 1 (една) оферта за участие, както следва:

1. **„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД** – с оферта № 1, вх.№ ОП-6-2/26.03.2020 г. – подадена в 14:00 часа.

След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти всеки член на комисията подписа и представи декларация по чл. 103 ал. 2 от ЗОП за съответствие и спазване на изискванията по същия член и с обстоятелствата по чл. 51 ал. 8 от ППЗОП.

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на получената оферта /запечатана непрозрачна опаковка/, както следва:

1. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Участникът е представил оферта, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП.

След отваряне на офертата председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника:

Общо ценово предложение: **29 890,00** /двадесет и девет хиляди и осемстотин и деветдесет/ лева, без ДДС, в това число:

| Предлага цена в лв. без ДДС за изпълнение на поръчката, в това число | Предлага цена в лв. с ДДС за изпълнение на поръчката |
|---|---|
| /доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация/ - 28 780 лв. | 34 536 лв. |
| /обучение на персонала/ - 150 лв. | 180 лв. |
| /гаранционно обслужване/ - 960 лв. | 1 152 лв. |
| /обща цена/ - 29 890 лв. | 35 868 лв. |

С извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част на заседанието.

Комисията продължи работата си на закрито заседание, като констатира следното:

За „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

След разглеждането на представените документи, комисията не установи наличие на непълноти и несъответствия, същите отговарят на изискванията на закона и Възложителя за лично състояние и критериите за подбор.

Въз основа на така извършените действия Комисията единодушно

Р Е Ш И:

Допуска до по-нататъшно участие в обществената поръчка участниците

За „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

т. к. участникът е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника и провери в детайли представеното техническо предложение за неговото съответствие с предварително обявените условия в техническите изисквания на Възложителя, а именно:

1.Изисквания към образните и клинични възможности:

- 1.1. Режими на работа: В режим, М – режим, Цветен М-режим, Цветен Доплер, Мощен Доплер, Дирекционален Мощен Доплер, Пулсов Доплер с HPRF Доплер, Анатомичен М-режим; Триплекс в реално време, Непрекъснат доплер, изображение на тъканните скорости с цветен тъканен Доплер
- 1.2. Тъканно хармонично изобразяване с кодирана фазова инверсия на всички оферирани сонди.
- 1.3. Да притежава техника за редуциране на точкови артефакти, оптимизирайки реалните структури с висока резолюция, също и в пост обработка на архивирани образи - да е възможно регулиране на множество нива
- 1.4. Мултипланарен образ, получен от различни равнини на сканиране (не по-малко от 8 различни ъгъла) в един образ в реално време, с ясно обособени граници и висока контрастна резолюция. Да е възможен избор на не по-малко от 3 различни нива на комбиниране на лъчите.
- 1.5. Непрекъсната оптимизация на образните параметри към сканираната анатомия за по -добра контрастната резолюция.
- 1.6. Непрекъсната оптимизация в реално време в режим на пулсов и непрекъснат Доплер с автоматична корекция на базисната линия, инвертиране и PRF.
- 1.7. Дълбочина на сканиране, не по-малка от 33 см.
- 1.8. Наличие на готови потребителски шаблони.
- 1.9. Създаване на собствен потребителски профил с индивидуални стартови настройки за сканиране.
- 1.10. Запис на образи в оригиналната им кадрова честота, с възможност за свободна постобработка и оптимизация на образните параметри: Gain, Dynamic Range, скорост на възпроизвеждане, сиви карти, колоризация в В-режим и М-режим, базова линия, корекция на ъгъла, инвертиране на кръвоток в режим на цветен Доплер.
- 1.11. Да притежава вградени калкулационни пакети, позволяващи изчисление, рапорт и анализ на кардиологични, съдови, урологични, гинекологични и акушерски изследвания.
- 1.12. Автоматични калкулации на доплеровите параметри в реално време.
- 1.13. Възможност за надграждане с технология за изследване на съдова патология чрез недоплеров метод, независимо от ъгъла на сканиране. Комбиниране на технологията с цветен Доплер.
- 1.14. Възможност за надграждане със стрес ехо пакет.
- 1.15. Възможност за надграждане с автоматично измерване фракцията на изтласкване.
- 1.16. Възможност за надграждане с обучителен модул, подпомагащ с графична визуализация основните техники на сканиране – схематично с клиничен образ.

2.Изисквания към конзолата:

- 2.1. Ергономична и лека конзола, тип лаптоп, с общо тегло не по-голямо от 5 кг.
- 2.2. LCD монитор с размер не по-малък от 15.5”
- 2.3. Дистанционна сервизна поддръжка.

3.Окомплектовка на ехографа:

- 3.1. Мултичестотен секторен трансдюсер, с минимален честотен диапазон: 1.7-4.0 МHz. Големина на сканиращия прозорец не по-малко от 120°.
- 3.2. Дигитален медицински термо-принтер.
- 3.3. Количка за машината.

Участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Е представил техническо предложение, като е направил предложение, което изцяло отговаря на изискванията на Възложителя.

Въз основа на изложеното Комисията единодушно

Р Е Ш И:

Допуска участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД до класиране, тъй като подадената от него оферта отговаря изцяло на изискванията на възложителя.

С оглед направените констатации, относно ценовото предложение, което е в рамките на обявената прогнозна стойност, комисията премина към класиране на участника, съгласно избрания от Възложителя критерий „икономически най – изгодна оферта – най-ниска цена“:

Участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

На първо място и единствено място с предложена цена:

29 890,00 /двадесет и девет хиляди и осемстотин и деветдесет/ лева, без ДДС.

Във връзка с направените констатации и така направеното класиране, комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител:

Участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Класиран на първо място с предложена цена:

29 890,00 /двадесет и девет хиляди и осемстотин и деветдесет/ лева, без ДДС.

Комисията предлага на Възложителя сключи договори с класирания на първо място и единствено място участник

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, съгласно законовите разпоредби.

Този протокол е съставен на 01.04.2020 г.

КОМИСИЯ:

Председател

д-р Борислав [REDACTED] зам. директор КДД

Членове:

Галина Га [REDACTED]

инж. Георги Слав [REDACTED]

зав. сектор „Техн [REDACTED]

инж. поддръжка мед. апаратура [REDACTED]