


УТВЪРДИЛ:
ПРОФ. Д-Р ГЕНЧО НАЧЕВ, Д.М.Н.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА УМБАЛ
„СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД



ДОКЛАД

от 22.06.2018г.

от дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД 18-101/18.06.2018 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставка, монтаж, настройки и тестове, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на рентгенова тръба MRC 200 0508 ROT-GS 1003, съвместима с ангиографска система Allura FD10, Philips за нуждите на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД.**

В изпълнение на горната заповед, на 18.06.2018 г., от 10.00 часа, Комисия в състав:

Председател:

1. инж. Георги Славков – завеждащ сектор „Техническа служба“ и инж. поддръжка на медицинска апаратура;

и членове:

2. Любен Калпаков – юрист и н-к на отдел ППД;

3. Красимира Крумова – счетоводител в отдел „Финансово-счетоводен“.

на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя, проведе процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: **Доставка, монтаж, настройки и тестове, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на рентгенова тръба MRC 200 0508 ROT-GS 1003, съвместима с ангиографска система Allura FD10, Philips за нуждите на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, с поканения участник „С&Т България“ ЕООД.** На заседанието на комисията присъстваше г-н Никола Дюлгеров, упълномощен представител с представено пълномощно. Направените предложения от „С&Т България“ ЕООД са отразени в работен протокол № 1/18.06.2018 г., подписан от членовете на комисията и от представителя на кандидата.

Представените от участника „С&Т България“ ЕООД документи за участие в процедурата са редовни, съответстват на законовите и заложените в поканата за участие изисквания, въз основа на което „С&Т България“ ЕООД се допуска до участие в процедурата.

Въпросите, които бяха обсъдени на заседанието с кандидата, за определяне на условията на договора по процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: **Доставка, монтаж, настройки и тестове, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на рентгенова тръба MRC 200 0508 ROT-GS 1003, съвместима с ангиографска система Allura FD10, Philips за нуждите на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД** са следните:

1. Срок на валидност на офертата – 120 календарни дни, считано от 15.06.2018 година.
2. Място на изпълнение: УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, гр. София, 1431, бул. „Пенчо Славейков” № 52А.
3. Срок за започване на изпълнение на договора: до 15 работни дни от датата на заявка от страна на Възложителя.
4. Гаранция - 12 месеца или 250 000 load units, което събитие настъпи първо;
5. Гаранционният и извънгаранционният сервиз ще се извършват от оторизиран сервиз.

Представеното Техническо предложение съответства на изискванията на възложителя, поради което Комисията премина към разглеждане на „Ценово предложение”, при което установи, следното:

Условия на плащане:

- a. начин на плащане - до 60 дни, след представяне на приемо-предавателен протокол за: доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на рентгеновата тръба, подписан в 2 /два/ екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица и издадена фактура;
- b. предложените цени в настоящото предложение са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката;
- c. при несъответствие между посочените с цифри и изписаните с думи цени, следва да се вземат предвид изписаните с думи;
- d. общата цена на поръчката е в размер на **284 015 (двеста осемдесет и четири хиляди и петнадесет лева)**, без включен ДДС.

След запознаване с Ценовото и Техническото предложения на изпълнителя, Комисията проведе договаряне с упълномощения представител на изпълнителя по отношение на предложената цена.

Представителят на изпълнителя заяви, че предложените цени в Ценовото предложение са окончателни, изготвени са на база постигнатите отстъпки при предишните договаряния и не подлежат на намаление.

След проведените преговори, комисията заяви, че приема новото ценово предложение на изпълнителя като валидно.

Предвид горното, комисията реши и предлага на изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет **Доставка, монтаж, настройки и тестове, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на рентгенова тръба MRC 200 0508 ROT-GS 1003, съвместима с ангиографска система Allura FD10, Philips за нуждите на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД с участника: „С&Т България“ ЕООД.**

Настоящият доклад и цялата документация в процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение.

Председател:

Чл. 2 от ЗЗЛД

1. инж. Георги Славков:

Членове:

2. Любен Калпаков:

Чл. 2 от ЗЗЛД

3. Красимира Крумова: .

Чл. 2 от ЗЗЛД