

УТВЪРДИЛ
ПРОФ. Д-Р Г.
ИЗПЪЛНИТЕ
УМБАЛ „СВ. Й

Земигово на основание
дл. 4 от Регламент
2016/670 (ЕС)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. Изисквания:

1.1.1. За обособена позиция: №1

А/ следните минимални изисквания за техническа профилактика на оборудването - извършване на пълна техническа профилактика на съответното медицинско оборудване два пъти годишно, която включва:

- външен оглед на апаратурата, всички свързващи кабели, кабелите за ЕКГ, щипките за сатурация, маншетите за NIBP, и кабелите и сензорите за IBP и други сензори, ако има такива и подмяната им с нови при нужда;

- проверка на функционалността на батерийте, клавищите и кнобите при всички режими на работа;

- проверка с еталонен уред отчитането на амплитудата и честотата на ЕКГ сигнала и измерването на NIBP;

- проверка и тест на алармите и връзките на мониторите с монитора майка за дистанционно наблюдение на пациентите в следоперативно отделение;

- проверка състоянието на печатащите устройства.

Б/ Отстраняване на възникнали дефекти и аварии текущо по сигнал на Възложителя;

В/ Действия по подмяна на дефектиращи компоненти

1.1.2. За обособени позиции: №2,4

А/ следните минимални изисквания за техническа профилактика на оборудването - извършване на пълна техническа профилактика на съответното медицинско оборудване два пъти годишно, която включва:

- външен оглед на апаратурата, цялостно, комплексно почистване на апарат, периферните устройства, клавиатура, капаци, филтри, платки, клавиши и потенциометри;

- проверка на всички функции и режими на работа;

- проверка на напреженията- мрежово и системно и стартиране на системен тест за грешка;

- настройка на мониторите- яркост, фокус, контраст;

- обучение на персонала за всички нови опции към апарат.

Б/ Отстраняване на възникнали дефекти и аварии текущо по сигнал на Възложителя;

В/ Действия по подмяна на дефектиращи компоненти

1.1.3. За обособени позиции: №№ 3,6,7,9

А/ следните минимални изисквания за техническа профилактика на оборудването

- извършване на пълна техническа профилактика на съответното медицинско оборудване два пъти годишно, която включва:

- външен оглед на апаратурата, основно почистване на пациентните системи, проверка на функционалност;

- проверка състоянието на батерийте и при нужда подмяната им с нови;

- проверка състоянието на шланговете за кислород и въздух;

- проверка състоянието на сензорите за кислород и поток и подмяната им при нужда;

- проверка състоянието на всички механични детайли, клапи, филтри и смяната им с нови един път годишно;

Б/ Отстраняване на възникнали дефекти и аварии текущо по сигнал на Възложителя;
В/ Дейности по подмяна на дефектирали компоненти

1.1.4 За обособени позиции: №8:

A/ следните минимални изисквания за техническа профилактика на оборудването

- извършване на пълна техническа профилактика на съответното медицинско оборудване четири пъти годишно, която включва:

- оглед за физически повреди и наранявания на цялата система;

- проверка на всички функции, свързани с произвеждане и използване на йонизиращо лъчение (флуороскопия, експонация, кинография, рентгенов колиматор, полета на ЕОП или дигитален детектор, автоматично управление на дозата, автоматично управление на яркостта на образа, ръчен експонационен бутон, крачни педали за управление на рентгеновия генератор);

- Проверка на моторизираните и ръчно управляеми движения на арка и пациентна маса;

- Проверка на качеството на образите;

- Проверка на подсистемата за съхранение, постобработки и архивиране на образи;

- Почистване на модулите на системата от замърсявания и прах;

Б/ Отстраняване на възникнали дефекти и аварии текущо по сигнал на Възложителя;

В/ Дейности по подмяна на дефектирали компоненти

1.1.5. За всички останали позиции:

A/ следните минимални изисквания за техническа профилактика на оборудването

- основен преглед за функционалност и основно почистване два пъти годишно.

Б/ Отстраняване на възникнали дефекти и аварии текущо по сигнал на Възложителя;

1.1.6. Всички извършени дейности и ремонти се отразяват в двустранно подписан констативен протокол от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

1.1.7. Времето за реакция при възникнала повреда, трябва да бъде до 2 часа в периода от 08,00 ч.-17,00 часа и до 8 часа в периода от 17,00 ч.-08,00 часа, почивните и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложителя, в която са посочени: повреденото устройство, часа и датата на констатиране на повредата, вероятния характер на повредата и мястото, на което следва да бъде извършена услугата.

1.1.8. Срокът за отстраняване на повредата, трябва да бъде до 24 часа, след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок той трябва да се определи с двустранен протокол, в който се посочват причините за това.

1.1.9. При намаляване на броя на медицинското оборудване /бракуване на оборудване и снемане от наличност/, посоченото оборудване следва да отпадне от обслужване и договорената цена за сервизиране, следва да се актуализира;

1.1.10-. Изпълнителят следва да даде гаранция за извършената техническа и сервизна поддръжка или ремонт в съответствие с утвърдени стандарти или в съответствие с посочените от производителя норми.

1.2. Свързани с доставката и подмяната на резервните части/консумативите за медицинското оборудване:

1.2.1. При настъпване на необходимост от подмяна на резервни части/консумативи за медицинското оборудване включено в предмета на поръчката, ще бъде изплатена допълнителна сума /извън стойността на месечната абонаментна поддръжка/;

1.2.2. Поради спецификата, Възложителят не може да предвиди, дали ще настъпи необходимост от подмяна на резервни части, както и вида, количеството или стойността на резервните части. Опцията – изплащане на сума/суми за резервни части, ще настъпи при възникване на необходимост от подмяна на части и след одобрението на Възложителя;

1.2.3. При необходимост от подмяна на резервни части, Изпълнителя е длъжен да представи на Възложителя обоснован констативен протокол относно необходимостта от подмяна на част/консуматив за оборудването. В протокола следва да се съдържа точно описание, параметри и стойност на необходимата част;

1.2.4. Доставката и подмяната на резервната част от Изпълнителя се извършва само след утвърждаване на констативния протокол от Възложителя.

1.2.5. При доставката на резервните части, Изпълнителят следва да представи сертификат за произход на частите, които са подменени.

1.2.6. Изпълнителят следва да даде гаранция за вложените резервни части, в съответствие с утвърдени стандарти или в съответствие с посочените от производителя норми.

3. Изисквания относно техническите и професионалните способности на участниците:

3.1. Участникът трябва да има изпълнени дейности с предмет обекта на поръчката по обособена позиция №№ 3, 9, 10, 16 и 17 – минимум един договор, за последните три години, считано от датата на подаване на оферата.

3.2. Участникът следва да посочи техническите лица, които ще изпълняват услугите, обект на поръчката, включително на тези отговарящи за контрола на качеството;

3.3. Участникът трябва да посочи образованietо, професионалната квалификация и професионалния си опит и/или на ръководните си служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугите, предмет на поръчката;

3.4. Представляващиият участника, следва да представи декларация за средния годишен брой на работниците и служителите си и за броя на ръководните си служители за последните три години, освен когато участникът е посочил в оферата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице;

3.5. Участникът следва да представи декларация за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на услугите, предмет на поръчката;

3.6. Участниците трябва да представят документи за удостоверяване на уменията и опитът на сервизните специалисти, които ще отговарят за изпълнение на услугите, обект на поръчката;

3.7. Участникът следва да разполага със специализирани сервизни бази за изпълнение на услугите, предмет на поръчката;

3.8. Участникът следва да предостави валидна лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения от АЯР за позиция 8.

3.8. Участникът следва да представи сертификати за преминат курс на обучение на сервизните специалисти, или еквивалентни документи доказващи техните професионални умения и обучение за поддръжка на медицинското оборудване, и/или

оторизационно писмо от производителя на оборудването, или негов упълномощен представител за територията на Р. България, за това че има право да извършва ремонт на оборудването, за което участва участника по съответната обособена позиция – копие на оригинала, придружен с превод на български език;

**Това изискване се отнася за всички обособени позиции с изключение на:
№№ 1,3,9,15*

Изг.
Инк.
Зав.

Задължено на
основание
ст. 4 от
Регламент
2016/679 (ЕС)