

УТВЪРДИЛ:

Проф. д-р  ЧЕВ, д. м. н.  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

Дата 15.04.2020 г.

## ПРОТОКОЛ

От заседание на комисията назначена със Заповед № РД – 25 – 3 от 24.03.2020 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД за избор на изпълнител, за възлагане на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП,

с предмет „Доставка на Апарат за микробиологична диагностика чрез ДПС анализ- PCR технология, в комбинация с флуоресцентен анализ за идентифициране на нуклеинови киселини от патогени, в човешки биологични проби“, № в РОП на АОП 9096912

Днес, 24.03.2020 г., в 14:30 ч., в зала № 1, етаж „Партер“ в сградата на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, с адрес гр. София, 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А, в изпълнение на Заповед № РД – 25 – 3 от 24.03.2020 г., на изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД,

се събра комисия за провеждане възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет:

„Доставка на Апарат за микробиологична диагностика чрез ДПС анализ- PCR технология, в комбинация с флуоресцентен анализ за идентифициране на нуклеинови киселини от патогени, в човешки биологични проби“, № в РОП на АОП 9096912, както следва:

Комисия в състав:

Председател: д-р Вера Табакова, зав. Лаборатория по клинична микробиология

Членове:

Галина Ганчева – н-к отдел ППД

Красимира Крумова – счетоводител, отдел „ФС“

инж. Георги Славков – зав. сектор „Техническа служба“, инж. поддръжка мед. апаратура

Боряна Славкова – биолог в Лаборатория по клинична микробиология,

На заседанието не присъства упълномощен представител на подалите оферти участници.

Председателят на комисията обяви и прочете Заповед № РД – 25 – 3 от 24.03.2020 г., на изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, за назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП.

В определения срок за представяне на оферти до 16:30 часа на 24.03.2020 г., в деловодството на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД са постъпили 2 (две) оферти за участие, както следва:

1. Синмед България ООД – с оферта № 1, вх.№ ОП-5-2/16.03.2020 г. – подадена в 15:00 часа;
2. Аквахим АД – с оферта № 2, вх.№ ОП-5-6/23.03.2020 г. – подадена в 15:40 часа;

След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти всеки член на комисията подписа и представи декларация по чл. 103 ал. 2 от ЗОП за съответствие и спазване на изискванията по същия член и с обстоятелствата по чл.51 ал.8 от ППЗОП.

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на получените оферти /запечатани непрозрачна опаковка/, както следва:

1. Синмед България ООД – с оферта № 1, вх.№ ОП-5-2/16.03.2020 г. – подадена в 15:00 часа от упълномощено лице – Мариета Дамянова;

Участникът е представил оферта, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документи по чл. 192 от ЗОП във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП.

След отваряне на офертата председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника:

Общо ценово предложение: 68 725,00 /шестдесет и осем хиляди и седемстотин двадесет и пет/ лева, без ДДС, в това число

Предлага цена в лв. без ДДС за изпълнение на поръчката, в това число	Предлага цена в лв. с ДДС за изпълнение на поръчката
68 725,00 лв. /доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация/	82 470,00 лв. Безплатно
/обучение на персонала/	Безплатно
/гаранционно обслужване/	Безплатно
/обща цена/ - 68 725,00 лв.	82 470,00 лв.

2. Аквахим АД – с оферта № 2, вх.№ ОП-5-6 / 23.03.2020 г. – подадена в 15:40 часа;

Участникът е представил оферта, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документи по чл. 192 от ЗОП във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП.

След отваряне на офертата председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника:

Общо ценово предложение: **66 900,00**  
 /шестдесет и шест хиляди и деветстотин/ лева, без ДДС, в това число

Предлага цена в лв. без ДДС за изпълнение на поръчката, в това число	Предлага цена в лв. с ДДС за изпълнение на поръчката
66 900,00	
/доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация/ /обучение на персонала/	80 280,00
/гаранционно обслужване/	Безплатно
/обща цена/ - 66 900,00 лв.	Безплатно
	80 280,00 лв.

С извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част на заседанието.

Комисията се събра на 28.03.2020 г., за да продължи работата си на закрито заседание по разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на гл. 26 от ЗОП, с предмет:

**„Доставка на Апарат за микробиологична диагностика чрез ДПС анализ- PCR технология, в комбинация с флуоресцентен анализ за идентифициране на нуклеинови киселини от патогени, в човешки биологични проби“.**

Членовете на Комисията продължи работата си по прилагане на утвърдената методика за оценка на офертите, изрично разписана в обявата по поръчката и документацията за участие.

Критерият за оценка на офертите на настоящата обществена поръчка е **„икономически най – изгодна оферта“**.

Тежест на оценката на техническото предложение – 40 т.

Тежест на оценката на ценовото предложение – 60 т.

Максимална обща комплексна оценка – 100 т.

Технически и функционални изисквания, подлежащи на оценка

No	Параметър	Описание	Точки
T1	Протокол, позволяващ директно използване на тампон с касетата (за респираторния панел)	Да	10 точки
		Не	не получава точки
T2	Детекция на <i>Bocavirus</i> и <i>Legionella pneumophila</i> (респираторен панел)	Да	10 точки
		Не	не получава точки
T3	Контрол от началото до края на процеса	Да	10 точки
		Не	не получава точки
T4	Резултати предлагащи допълнителна информация, включително амплификационни криви и Ct стойности за всеки патоген включен в панела	Да	10 точки
		Не	не получава точки

Оценка на ценовото предложение:

$$C = \frac{C_{\text{мин.}}}{C_{\text{уч.}}} \times 60$$

С мин. - Минимално предложена цена  
С уч. - Цена, предложена от съответния участник

На първо място се класира участникът получил най – висока комплексна оценка.

При несъответствие на изписаното с цифри и думи, валидно ще бъде изписаното с думи.

**Комисията разгледа съдържанието на подадените оферти:**

1. Разглеждане офертата на **Синмед България ООД** – с оферта № 1, вх. № ОП – 5 - 2 от 16.03.2020 г. – подадена в 15:00 часа от упълномощено лице – Мариета Дамянова;

Участникът е представил оферта, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документи по чл. 192 от ЗОП във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП.

Участникът е представил **Образец № 2**, Представяне на участника, с коректно попълнени данни.

Също така, Участникът е представил:

1. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки- за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП- **Образец № 5**.
2. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП- по **Образец № 6**.
3. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки- по **Образец № 7** - *(ако е приложимо)*.
4. Декларация **Образец № 8, Образец № 8.1 и Образец № 8.2** */неприложими/*.
5. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от Закона за обществените поръчки- по **Образец № 9**.
6. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици- по **Образец № 10**.
7. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество- по **Образец № 11**.
8. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка - **Образец № 12**.

**Въз основа на така извършените действия Комисията единодушно**

### **РЕШИ:**

Допуска до по-нататъшно участие в обществената поръчка участника **Синмед България ООД**, т. к. участникът е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

**Оценка на техническото предложение.**

Първоначално, Комисията пристъпи към преценка на Техническото предложение по отношение на съответствието му с поставените формални изисквания съгласно документацията за участие.

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката според изискванията на раздел **I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ**, и раздел **III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**.

Комисията единодушно,

**РЕШИ**

Допуска техническата оферта на **Синмед България ООД** до по-нататъшно участие, а именно преценка до съответствието с техническата спецификация и оценка съобразно методиката в документацията по поръчката.

Изисквания съобразно Техническата спецификация по обществената поръчка:

- За real-time PCR технология, в комбинация с флуоресцентен анализ за идентифициране на нуклеинови киселини от патогени, в човешки биологични проби:
- Система за мултиплексен PCR в реално време, за откриване на патогенни нуклеинови киселини в човешки биологични проби.
  - Автоматизирано извършване на всички стъпки на процеса: хомогенизиране, лизиране, екстракция, амплификация и детекция.
  - По-малко от 2-3 мин. мануална работа
  - Системата да работи с консумативи за еднократна употреба, съдържащи всички необходими реактиви за процеса и позволяващи извършването на напълно автоматизирани молекулярни анализи.
  - Баркод четец за проби.
  - Налични тестове: респираторен и гастроинтестинален панел
  - Детекция на RSV, Rhinovirus, Metapneumovirus
  - Да предоставя ясни и лесни за разчитане резултати.
  - Връзка с LIS.

Видно от приложената съпоставителна таблица и ръководството за работа с предложения апарат, Комисията прави обоснован извод, че предлаганата медицинска апаратура отговаря на изискванията на техническата спецификация по обществената поръчка.

Комисията продължи оценката на техническото предложение на участника, като приложи методиката за оценка на техническото предложение.

Предвид съпоставителната таблица и приложеното ръководство за работа и превода на ръководството, Комисията прецени, че са налице следните допълнителни технически изисквания, подлежащи на оценяване, а именно:

1. Протокол, позволяващ директно използване на тампон с касетата (за респираторния панел):
  - налице е, комисията присъжда 10 т. според методиката за оценка
2. Детекция на *Vocavirus* и *Legionella pneumophila* (респираторен панел)
  - налице е, комисията присъжда 10 т. според методиката за оценка
3. Контрол от началото до края на процеса
  - налице е, комисията присъжда 10 т. според методиката за оценка
4. Резултати предлагащи допълнителна информация, включително амплификационни криви и Ct стойности за всеки патоген включен в панела
  - налице е, комисията присъжда 10 т. според методиката за оценка.

Обща оценка на допълнителните изисквания на техническото предложение – 40 т.

Оценка на ценовото предложение:

Участникът е представил ценово предложение съгласно изискванията на документацията по поръчката. Коректно са попълнени редовете в техническото предложение. Участникът е оферирал:

- цена за доставка на апаратурата – 68 725,00 лв. без ДДС и 82 470,00 лв. с ДДС
- обучение на персонала - 0 лв.
- гаранционно обслужване – 0 лв.
- обща цена – равняваща се на цената на апаратурата, 68 725,00 лв. без ДДС и 82 470,00 лв. с ДДС.

С оглед направените констатации, относно ценовото предложение, което е в рамките на обявената прогнозна стойност, Комисията прецени, че следва да премине към оценка на ценовото предложение съобразно методиката за оценка.

$$C = \frac{C_{\text{мин.}}}{C_{\text{уч.}}} \times 60$$

$$C = 66\,900 / 68\,725 = 0.973 \times 60 = 58,4 \text{ т.}$$

Окончателна комплексна оценка на предложението:

$$40 \text{ т.} + 58,4 \text{ т.} = 98,4 \text{ т.}$$

2. Разглеждане офертата на Аквахим АД – с оферта № 2, вх.№ ОП-5-6/23.03.2020 г. – подадена в 15:40 часа;

Участникът е представил оферта, вложена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документи по чл. 192 от ЗОП във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП.

Участникът е представил **Образец № 2**, Представяне на участника, с коректно попълнени данни.

Също така, Участникът е представил:

1. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки- за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП- **Образец № 5**.
2. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП- по **Образец № 6**.
3. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки- по **Образец № 7 - (ако е приложимо)**.
4. Декларация **Образец № 8, Образец № 8.1 и Образец № 8.2 са неприложими**.
5. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от Закона за обществените поръчки- по **Образец № 9**.
6. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици- по **Образец № 10**.
7. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество- по **Образец № 11**.
8. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка - **Образец № 12**.

**Въз основа на така извършените действия Комисията единодушно**

**РЕШИ:**

Допуска до по-нататъшно участие в обществената поръчка участника **Аквахим АД**, т. к. участникът е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

**Оценка на техническото предложение.**

Първоначално, Комисията пристъпи към преценка на Техническото предложение по отношение на съответствието му с поставените формални изисквания съгласно документацията за участие.

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката според изискванията на раздел **I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ**, и раздел **III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**.

Комисията единодушно,

**РЕШИ**

Допуска техническата оферта на **Аквахим АД** до по-нататъшно участие, а именно преценка до съответствието с техническата спецификация и оценка съобразно методиката в документацията по поръчката.

Изисквания съобразно Техническата спецификация по обществената поръчка:

За real-time PCR технология, в комбинация с флуоресцентен анализ за идентифициране на нуклеинови киселини от патогени, в човешки биологични проби:

- Система за мултиплексен PCR в реално време, за откриване на патогенни нуклеинови киселини в човешки биологични проби.
- Автоматизирано извършване на всички стъпки на процеса: хомогенизиране, лизиране, екстракция, амплификация и детекция.
- По-малко от 2-3 мин. мануална работа
- Системата да работи с консумативи за еднократна употреба, съдържащи всички необходими реактиви за процеса и позволяващи извършването на напълно автоматизирани молекулярни анализи.
- Баркод четец за проби.
- Налични тестове: респираторен и гастроинтестинален панел
- Детекция на RSV, Rhinovirus, Metapneumovirus
- Да предоставя ясни и лесни за разчитане резултати.
- Връзка с LIS.

Видно от приложената съпоставителна таблица и ръководството за работа с предложения апарат, Комисията прави обоснован извод, че предлаганата медицинска апаратура отговаря на изискванията на техническата спецификация по обществената поръчка.

Комисията продължи оценката на техническото предложение на участника, като приложи методиката за оценка на техническото предложение.

Предвид съпоставителната таблица и приложеното ръководство за работа и превода на ръководството, Комисията прецени, че са налице следните допълнителни технически изисквания, подлежащи на оценяване, а именно:

1. Протокол, позволяващ директно използване на тампон с касетата (за респираторния панел):
  - Не е налице
2. Детекция на *Bocavirus* и *Legionella pneumophila* (респираторен панел)
  - налице е, комисията присъжда 10 т. според методиката за оценка
3. Контрол от началото до края на процеса
  - налице е, комисията присъжда 10 т. според методиката за оценка
4. Резултати предлагащи допълнителна информация, включително амплификационни криви и Ct стойности за всеки патоген включен в панела
  - налице е, комисията присъжда 10 т. според методиката за оценка.

Обща оценка на допълнителните изисквания на техническото предложение – 30 т.

Оценка на ценовото предложение:

Участникът е представил ценово предложение съгласно изискванията на документацията по поръчката. Коректно са попълнени редовете в техническото предложение.

Участникът е оферирал:

- цена за доставка на апаратурата – 66 900 лв. без ДДС и 80 280 лв. с ДДС
- обучение на персонала - 0 лв.
- гаранционно обслужване – 0 лв.
- обща цена – равняваща се на цената на апаратурата, 66 900 лв. без ДДС и 80 280 лв. с ДДС.

С оглед направените констатации, относно ценовото предложение, което е в рамките на обявената прогнозна стойност, Комисията прецени, че следва да премине към оценка на ценовото предложение съобразно методиката за оценка.

$$C = \frac{C_{\text{мин.}}}{C_{\text{уч.}}} \times 60$$

$$C = 66\,900 / 66\,900 = 1 \times 60 = 60 \text{ т.}$$

Окончателна комплексна оценка на предложението:

$$30 \text{ т.} + 60 \text{ т.} = 90 \text{ т.}$$

**Въз основа на изложеното Комисията единодушно**

### **РЕШИ:**

Обявява класирането за обществена поръчка с предмет „Доставка на Апарат за микробиологична диагностика чрез ДПС анализ- PCR технология, в комбинация с флуоресцентен анализ за идентифициране на нуклеинови киселини от патогени, в човешки биологични проби“



въз основа на получените резултати след прилагане на утвърдената методика, както следва:

1. На първо място Синмед България ООД - комплексна оценка на предложението 98.4т.
2. На второ място Аквахим АД - комплексна оценка на предложението 90 т.

Във връзка с направените констатации и така направеното класиране, комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител:

**Участникът Синмед България ООД.**

Комисията предлага на Възложителя сключи договор с класирания на първо място

**Участник Синмед България ООД, съгласно законовите разпоредби.**

Този протокол е съставен на 10.04.2020 г.

### **КОМИСИЯ:**

Комисия в състав:

Председател: д-р Вера Табакова,  
зав. Лаборатория по клинична микробиология

Членове:

Галина Ганчева – н-к отдел ППД

Красимира Крумова – счетоводител, отдел „ФС“

инж. Георги Славков – зав. сектор „Техническа слу  
инж. поддръжка мед. апаратура

Боряна Славкова – биолог в  
Лаборатория по клинична микробиоло