

Затисено на
основание
чл. 2 от
ЗЗПД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. Изисквания:

1.1. за изпълнение на услугите, обект на поръчката: „Услуги по абонаментна поддръжка, сервизно обслужване, доставка и подмяна на резервни части/консумативи за компютърен томограф и Ехограф Xsario 100, включват:

За Компютърен томограф Aquilion one-Toshiba с два броя работни станции Vitrea

A/ следните минимални изисквания за техническа профилактика на оборудването - извършване на пълна техническа профилактика на медицинското оборудване четири пъти годишно, която включва:

- почистване на филтри на охладителните системи на апаратата;
 - проверка графитните четки и почистване от графичен прах на ринговете на гентрито;
 - проверка напреженията на детектора;
 - калибрация на детектора- NRA и AIR с фантом;
 - проверка състоянието на твърдите дискове за грешки;
 - проверка на кабелите и затягането на кабелните спонове на движещите се части ;
- B/ Отстраняване на възникнали дефекти и аварии текущо по сигнал на Възложителя;
- B/ Дейности по подмяна на дефектирали компоненти;

За Ехограф Xsario 100

A/ следните минимални изисквания за техническа профилактика на оборудването - извършване на пълна техническа профилактика на съответното медицинско оборудване три пъти годишно, която включва:

- външен оглед на апаратурата, цялостно, комплексно почистване на апаратата, периферните устройства, клавиатура, капаци, филтри, платки, клавиши и потенциометри;
 - проверка на всички функции и режими на работа;
 - проверка на напреженията- мрежово и системно и стартиране на системен тест за грешка;
 - настройка на мониторите- яркост ,фокус, контраст;
 - обучение на персонала за всички нови опции към апаратата.
- B/ Отстраняване на възникнали дефекти и аварии текущо по сигнал на Възложителя;
- B/ Дейности по подмяна на дефектирали компоненти

Изгот.
Инж.
зав. Т
инж.
Затисено на
основание чл. 2
от ЗЗПД